

福建省政府采购 货物和服务项目 公开招标文件

项目名称：厦门市卫生健康委员会(厦门市医用设备集中采购
工作专班)直线加速器统招分签采购项目

备案编号：[TZFQXM-2024--350201-00086[2024]00883]

项目编号：[350201]D1-JF[GK]2024034

采购人：厦门市卫生健康委员会

代理机构：福建经发招标代理有限公司

编制时间：2025年01月

第一章 投标邀请

福建经发招标代理有限公司采用公开招标方式组织厦门市卫生健康委员会(厦门市医用设备集中采购工作专班)直线加速器统招分签采购项目(以下简称:“本项目”)的政府采购活动,现邀请供应商参加投标。

1、备案编号: [TZFQXM-2024--350201-00086[2024]00883]。

2、项目编号: [350201]D1-JF[GK]2024034。

3、预算金额、最高限价: 详见《采购标的一览表》。

4、招标内容及要求: 详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

5、需要落实的政府采购政策:

进口产品: 本项目不接受进口产品参与投标

节能产品: 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)以及最新的《节能产品政府采购品目清单》的规定执行。

环境标志产品: 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)以及最新的《环境标志产品政府采购品目清单》的规定执行。

采购包 1: 不专门面向中小企业采购

6、投标人的资格要求

6.1 法定条件: 符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2 特定条件:

采购包 1:

资格审查要求概况	评审点具体描述
一般资格证明文件补充说明(信用承诺制)	本项目允许采用“资格承诺制”,根据《福建省财政厅关于印发推行政府采购供应商资格承诺制指导意见的通知》(闽财购〔2024〕6号)规定,投标人提供《政府采购供应商资格承诺函》,在投标文件中可不提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的资格条件证明材料。
“信用记录查询结果”的补充要求	依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号规定及厦门市财政局《关于进一步规

	<p>范供应商信用记录查询使用的通知》（厦财采〔2020〕14号）的规定执行，具体要求如下：1、信用记录查询渠道：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr）、信用中国网站（https://www.creditchina.gov.cn）、信用厦门网站（https://credit.xm.gov.cn）；2、信用记录查询的截止时点：本项目投标截止时间当日；3、查询记录和证据留存的具体方式：资格审查小组将查询结果网页打印后随采购文件一并存档；4、信用信息使用规则：①查询结果显示投标人在信用记录查询的截止时点前三年内存在不良信用记录（包含列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件）的，其资格审查不合格。②因查询渠道网站原因导致查无供应商信息的，不认定供应商资格审查不合格；评审结束后，通过其他渠道发现供应商存在不良信用记录的，不认定为资格审查错误，将依照有关规定进行调查处理。③联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，联合体资格审查不合格。5、供应商无需提供信用信息查询结果。若供应商自行提供查询结果的，仍以资格审查人员查询结果为准。6、招标文件其他地方要求与本条款要求不一致的，以本条款要求为准。</p>
<p>采购人根据采购项目的要求规定的特定条件</p>	<p>1. 投标人须根据所投的医疗器械分类，提供以下材料：第一类医疗器械提供《产品备案证明》扫描件；第二类、第三类医疗器械提供相应的《医疗器械注册证》扫描件（若医疗器械注册证上未体现投标产品型号规格的，则应同时提供附页扫描件）。</p> <p>2. 投标人所投的医疗器械若含有第二类医疗器械的，投标人应提供其《医疗器械经营备案凭证》或《食品药品生产经营许可证》扫描件；若含有第三类医疗器械的，供应商应提供其《医疗器械经营许可证》或《食品药品生产经营许可证》扫描件。投标人为投标产品的生产企业，应在投标文件中提供所投第一类医疗器械的“医疗器械生产备案凭证”，第二、三类医疗器械的“有效期内的医疗器械</p>

	<p>生产许可证”扫描件。</p> <p>3. 投标人所投配套第三方质控设备中,射线束扫描系统(三维验证)、放疗靶区自动勾画系统、光学体表定位监测系统、SBRT/SRS 全身固定系统(含加压装置)、一体化固定系统、碳纤维乳腺定位架、俯卧位盆腔定位架、头膜、颈肩膜、头颈肩膜、体膜、真空垫等产品属于医疗器械,须按照 1、2 点要求提供相关材料。</p>
--	---

6.3 是否接受联合体投标：采购包 1：不接受。

※根据上述资格要求，电子投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

7、招标文件的获取

7.1、招标文件获取期限：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

7.2、在招标文件获取期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）并获取招标文件（登陆福建省政府采购网上公开信息系统进行文件获取），否则投标将被拒绝。

7.3、获取地点及方式：注册账号后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

7.4、招标文件售价：0 元。

8、投标截止

8.1、投标截止时间：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

8.2、投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，否则投标将被拒绝。

9、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

10、公告期限

10.1、招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起 5 个工作日。

10.2、招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与招标公告的公告期限保持一致。

11、采购人：厦门市卫生健康委员会

地址：厦门市思明区同安路 2 号（天鹭大厦）

邮编：361000

联系人：林先生

联系电话：0592-2031260

12、代理机构：福建经发招标代理有限公司

地址：厦门市思明区湖滨南路 359 号海晟国际大厦 24 层 2401

邮编：361000

联系人：郭艳玲、陈雅倩、郑秋阳

联系电话：0592-990026

附 1：账户信息

投标保证金账户	
开户名称：福建经发招标代理有限公司	
开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统获取招标文件后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。	
银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行自动生成供应商所投采购包的缴交银行账号（即多个采购包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投采购包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。	
特别提示	
<p>1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。</p> <p>2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***）的投标保证金”。</p>	

附 2：采购标的一览表

采购包 1：

采购包预算金额（元）：30,000,000.00

采购包最高限价（元）：30,000,000.00

采购包保证金金额（元）：300,000.00

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否允 许进口 产品	备注
1	直线加速器	1	30,000,000	套	工业	否	分签单位：厦门市 妇幼保健院

采购包 1：

(1) 报价要求：

序号	报价内容	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	直线加速器	套	元	30,000,000	总价	数量：1 套

(2) 报价明细要求：

直线加速器

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	直线加速器	直线加速器	套	元	30,000,000	总价	本次招标要求投标人对所有医院使用同一品牌型号设备进行报价，所报设备配置单价也必须保持一致。投标人所报该分项设备单价总额不得超过 3000 万元/套，否则投标无效。

第二章 投标人须知前附表

一、投标人须知前附表 1

特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。		
项号	招标文件 (第三章)	编列内容
1	6.1	是否组织现场考察或召开开标前答疑会：采购包 1：不组织
2	10.4	投标文件的份数： (1) 可读介质（光盘或 U 盘） <u>0</u> 份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存 <u>0</u> 份。 (2) 电子投标文件：详见投标人须知前附表 2《关于电子招标投标活动的专门规定》。
3	10.7-（1）	是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：采购包 1：不允许合同分包；
4	10.8-（1）	投标有效期： 投标截止时间起 90 个日历日。
5	12.1	确定中标候选人名单：采购包 1：3 名
6	12.2	本项目中标人的确定（以采购包为单位）： (1) 采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 (2) 若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式：评标总得分相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价，下同）由低到高顺序排列；评标总得分且评标价均相同的，按技术项评审因素得分由高到低顺序排列；评标总得分、评标价及技术项评审因素得分均相同的，按商务项评审因素得分由高到低顺序排列；评标总得分、评标价、技术项评审因素得分和商务项评审因素得分均相同的，采取现场随机抽取方式确定排列先后顺序。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：/。 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。

		(3) 本项目确定的中标人家数：采购包 1：1 名。
7	13.2	合同签订时限： 自中标通知书发出之日起 30 个日历日内。
8	15.1- (2)	质疑函原件应采用下列方式提交： 书面形式。
9	15.4	<p>招标文件的质疑</p> <p>(1) 潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。</p> <p>(2) 质疑时效期间：应在依法获取招标文件之日起 7 个工作日内向福建经发招标代理有限公司提出，依法获取招标文件的时间以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。</p> <p>※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第 15.1 条的有关规定。</p>
10	16.1	监督管理部门： 厦门市财政局（仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。
11	18.1	<p>财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）：</p> <p>(1) 中国政府采购网，网址 www.ccgp.gov.cn。</p> <p>(2) 中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址 zfcg.czt.fujian.gov.cn。</p> <p>※若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。</p>
12	19	<p>其他事项：</p> <p>(1) 本项目代理服务费：</p> <p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：中标供应商</p> <p>代理服务费收费标准：</p> <p>1、关于招标代理服务费</p>

1.1、本项目类别：货物；

1.2、代理服务费收费标准：以单个采购包的中标总金额为准，按差额定率累进法计取，具体按以下标准的 80%计取：（0，100 万元]，1.50%；（100 万元，500 万元]，1.10%；（500 万元，1000 万元]，0.80%；（1000 万元，5000 万元]，0.50%，（5000 万元，10000 万元]，0.25%。

(2) 服务费其他：

注：1、代理服务费由中标人在领取中标通知书的同时，以转账或汇款方式一次性缴清。

2、符合中小企业政策规定且资料提供完整的企业，中标后其招标代理服务费按收费标准下浮 10%进行支付。

3、因中标/成交供应商自身原因导致最终无法承接项目的，代理服务费不予退还。

4、账号信息：开户名：福建经发招标代理有限公司，开户行：中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行，账号：4038 6001 0400 33344。

(3) 其他：

1、本项目采用综合评分法，投标人在递交投标文件截止时间前应对所有细微偏差进行解释说明，评标过程中将不再要求对细微偏差进行解释说明，本条款与第四章-6.3-（4）中的第②条“评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按不利于投标人的内容进行认定。”条款有冲突的以本条款为准。

2、针对《投标人须知前附表》表 1 序号 9 的补充说明：来函件应为加盖投标人公章、留有联系方式的原件；代理机构地址：厦门市思明区湖滨南路 359 号海晟国际大厦 24 层 2401 前台，收件人：郭小姐；联系电话：0592-5990717，邮箱：fjjfzb@163.com。【注：投标人提交质疑须附上系统报名截图，质疑函须符合第三章第 15 条质疑的要求。投标人对招标文

	<p>件、招标过程或评审结果提出的质疑须在规定时间内一次性完整提出，否则代理机构有权不予受理。】</p> <p>4、友情提醒</p> <p>4.1、网上报名：登录福建省政府采购网厦门分网 http://www.ccgp-xiamen.gov.cn/zfcg→【办事指南】→ 下载【供应商操作手册】，按手册指引操作。</p> <p>4.2 请投标人及时进行网上报名并提前办理 CA。</p>
备注	<p>后有投标人须知前附表 2，请勿遗漏。</p>

二、投标人须知前附表 2

关于电子招标投标活动的专门规定	
序号	编列内容
1	<p>(1) 电子招标投标活动的专门规定适用本项目电子招标投标活动。</p> <p>(2) 将招标文件“无”的内容修正为下列内容：“无”后适用本项目的电子招标投标活动。</p> <p>(3) 将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准：</p> <p>①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。</p> <p>②关于电子投标文件：</p> <p>a. 投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。</p> <p>b. 投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件 1 份上传至福建省政府采购网上公开信息系统。电子投标文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。</p> <p>③关于证明材料或资料：</p> <p>a. 招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但同时应准备好原件备查（未能在规定时间内提供原件核查的，将按不利于投标人进行评审）；招标文件要求复印件的，投标人在投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。</p> <p>b. 若投标人提供注明“复印件无效”或“复印无效”的证明材料或资料，应结合上文 a 条款进行判定，若招标文件未要求投标人提供原件，投标人提供原件，复印件（含扫描件）均视为满足招标文件要求。</p> <p>④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”：</p> <p>a. 在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方</p>

式完成。

b. 在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的 CA 证书完成，否则**投标无效**。

c. 在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第 b 项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，**不视为投标无效**。

⑤关于投标人的 CA 证书：

a. 投标人的 CA 证书应在系统规定时间内使用 CA 证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。

b. 投标人的 CA 证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。

c. 投标人的 CA 证书或外包装应标记“项目名称、项目编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。

d. 投标人的 CA 证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。

⑥关于投标截止时间过后

a. 未按招标文件规定提交投标保证金的，**其投标将按无效投标处理**。

b. 有下列情形之一的，其投标无效，其保证金不予退还或通过投标保函进行索赔：

b1 不同投标人的电子投标文件具有相同内部识别码；

b2 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

b3 投标人的投标保证金同一采购包下有其他投标人提交的投标保证金

b4 不同投标人存在串通投标的其他情形。

⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：招标文件获取、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。

⑧其他：

关于开标的说明：

（1）本项目采用“远程开标”，投标人可到开标现场，也可不到开标现场，由投标人自行决定。

（2）投标人不到开标现场的，请在福建省政府采购网厦门分网“服务专区/操作指南/供应商操作指南”中，下载《供应商-福建项目电子化交易操作手册》，在开标时自

行登录采购系统,线上观看开标过程,并按要求在开标时段对投标文件进行远程解密、远程签章。

(3) 投标人应确保自身设施、设备、网络状况良好,提前了解熟悉远程开标流程,因投标人自身原因造成无法正常观看开标过程、远程解密或签章的,后果由投标人自行承担。

(4) 在规定的时间内正确提交电子投标文件的投标人在开标时将由系统判断签到情况,具体信息以福建省政府采购网上公开信息系统所示为准。

(5) 投标人应在远程解密开启后在规定时间内(30分钟)内使用CA数字证书(应与投标文件加密时所用CA证书一致)进行投标文件的解密操作,逾期未解密的视为放弃投标。

(6) 唱标结束后,投标人可对开标结果进行签章,并在远程签章开放后5分钟内完成,逾期未签章的视同认可开标结果。

(7) 开、评标期间,投标人代表应保证采购系统中预留的联系方式畅通,以便随时接收并答复评标委员会发起的澄清等事项。

(8) 在操作过程中如有疑问请咨询技术人员(400-1612-666、0592-2858142)或采购代理机构工作人员。

第三章 投标人须知

一、总则

1、适用范围

1.1 适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1 “采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2 “潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3 “投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件并参加本项目投标的供应商。

2.4 “单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5 “投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

二、投标人

3、合格投标人

3.1 一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招标投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2 若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）项目如涉及资质要求，该部分工作内容应由联合体中符合该资质要求的供应商承担，联合体协议及签订的采购合同应符合这一要求；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

(5) 联合体一方放弃中标的，视为联合体整体放弃中标，联合体各方承担连带责任。

(6) 如本项目不接受联合体投标而投标人为联合体的，或者本项目接受联合体投标但投标人组成的联合体不符合本章第 3.2 条规定的，投标无效。

4、投标费用

4.1 除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标

5、招标文件

5.1 招标文件由下述部分组成：

- (1) 投标邀请
- (2) 投标人须知前附表（表 1、2）
- (3) 投标人须知
- (4) 资格审查与评标
- (5) 招标内容及要求
- (6) 政府采购合同（参考文本）
- (7) 电子投标文件格式
- (8) 按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2 招标文件的澄清或修改

(1) 福建经发招标代理有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行修改。

(2) 除本章第 5.2 条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响电子投标文件编制的，福建经发招标代理有限公司将在投标截止时间至少 15 个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足 15 个日历日的，福建经发招标代理有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福建经发招标代理有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

(3) 澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束后，福建经发招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1 若福建经发招标代理有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）**作为招标文件组成部分**，对投标人具有约束力。

7.2 更正公告作为福建经发招标代理有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1 若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福建经发招标代理有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2 终止公告作为福建经发招标代理有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

四、投标

9、投标

9.1 投标人可对招标文件载明的全部或部分采购包进行投标。

9.2 投标人应对同一个采购包内的所有内容进行完整投标，否则**投标无效**。

9.3 投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则**投标无效**。

9.4 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则**投标无效**。

9.5 为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则**投标无效**。

9.6 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则**投标无效**。

9.7 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，**其投标无效**：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；
- (7) 有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、电子投标文件

10.1 电子投标文件的编制

(1) 投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行电子投标文件的编制。

(2) 电子投标文件应按照本章第 10.2 条规定编制其组成部分。

(3) 电子投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2 电子投标文件由下述部分组成：

(1) 资格及资信证明部分

① 投标函

② 投标人的资格及资信证明文件

③ 投标保证金

(2) 报价部分

① 开标一览表

② 投标分项报价表

③ 招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④ 招标文件规定的加分证明材料（若有）

(3) 技术商务部分

① 标的说明一览表

② 技术和服务要求响应表

③ 商务条件响应表

④ 投标人提交的其他资料（若有）

⑤ 招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3 电子投标文件的语言

(1) 除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

(2) 电子投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会会员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4 投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5 投标文件的格式

(1) 除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

(2) 除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印。

(3) 除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用人民币作为计量货币。

(4) 除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①电子投标文件应加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供“单位授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建经发招标代理有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

- a. 投标人代表签字确认；
- b. 加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6 投标报价

(1) 投标报价超出最高限价将导致**投标无效**。

(2) 最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

(3) 除招标文件另有规定外，电子投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个采购包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致**投标无效**。

10.7 分包

(1) 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

(2) 若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则应在投标文件中提供分包意向协议，同时投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

(3) 招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

- ①投标文件中未载明分包承担主体；
- ②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包；

④享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10.8 投标有效期

(1) 招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

(2) 电子投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则**投标无效**。

(3) 根据本次采购活动的需要，福建经发招标代理有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福建经发招标代理有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

10.9 投标保证金

(1) 投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

(2) 投标人以电子保函形式提交投标保证金的，保函的有效期应等于或长于电子投标文件承诺的投标有效期，否则投标无效。

(3) 提交

①投标人以汇款形式缴纳投标保证金的，应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标人以电子保函形式提交投标保证金的，可在招标文件载明的投标截止时间前通过福建省政府采购平台“保函服务”栏目办理电子保函并在电汇或银行转账单上注明（项目编号）；在投标截止时间之前将电子保函文件放入投标文件中，否则视为未提交投标保证金。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第 10.9 条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

(4) 退还

①在投标截止时间前撤回已提交的电子投标文件的投标人，其投标保证金将在福建经发招标代理有限公司收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起 5 个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起 5 个工作日内退回原账户；合同签订之日以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的，福建经发招标代理有限公司将在终止公告发布之日起 5 个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第 10.9 条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第 10.8 条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还或通过投标保函进行索赔：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤招标文件规定的其他不予退还情形；

⑥中标人有下列情形之一的：

a. 除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b. 未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10 电子投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个电子投标文件，并按照招标文件第一章规定在系统上完成上传、解密操作。

10.11 投标文件的补充、修改或撤回

(1) 投标截止时间前，投标人可对所提交的电子投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福建经发招标代理有限公司。

(2) 补充、修改的内容应按照本章第 10.5 条第 (4) 款规定进行签署、盖章，并按照本章第 10.10 条规定提交，**否则将被拒收。**

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。

10.12 除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，**投标无效：**

- (1) 电子投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；
- (2) 不符合招标文件中规定的资格要求；
- (3) 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；
- (4) 电子投标文件含有采购人不能接受的附加条件；
- (5) 有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

五、开标

11、开标

11.1 福建经发招标代理有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2 开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福建经发招标代理有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3 本项目的开标环节，投标人可自行选择到开标现场参加开标会或者远程参加开标会。远程参与开标流程的投标人需提前在福建省政府采购网-服务专区中下载远程开标操作手册，并按照操作手册的要求参与开标会。如因投标人自身原因造成无法正常参与开标过程的，不利后果由投标人自行承担。

11.4 开标会应遵守下列规定：

(1) 首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对电子投标文件的加密情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对参加现场开标会投标人的电子投标文件进行解密。通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程解密开启后，在代理机构规定时间内使用 CA 数字证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。

(2) 唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于电子投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

(3) 唱标结束后，参加现场开标会的投标人代表应对开标记录进行签字确认，通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程签章开启后，在系统规定时间内对开标结果进行签章确认。

(4) 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场或通过系统提出询问或回避申请。投标人代表未按规定提出疑义又拒绝对开标记录签字或通过系统远程签章确认的，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

(5) 若投标人未到开标现场参加开标会，也未通过远程参加开标会的，视同认可开标结果。

※若出现本章第 11.4 条第 (3)、(4)、(5) 款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向福建经发招标代理有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5 投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束后，福建经发招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

11.6 投标截止时间后撤销投标的处理

投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标的，其撤销投标的行为无效。

六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1 本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2 本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3 中标公告

(1) 中标人确定之日起 2 个工作日内，福建经发招标代理有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

(2) 中标公告的公告期限为 1 个工作日。

12.4 中标通知书

(1) 中标公告发布的同时，福建经发招标代理有限公司将向中标人发出中标通知书。

(2) 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1 签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2 签订时限：详见须知前附表 1 的 13.2。

13.3 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

13.4 采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5 政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的 10%。

13.6 中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1 潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项如有疑问，可向福建经发招标代理有限公司提出询问，福建经发招标代理有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1 针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例的时限内一次性提出，对一个项目的不同采购包提出质疑的，应当将各采购包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

- ① 质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；
- ② 所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；
- ③ 所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望福建经发招标代理有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a. 质疑人代表的身份证明材料：

a1 质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2 若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b. 其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1 所质疑的具体事项是与自己有利害关系的证明材料；

b2 质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3 依法应终止采购程序的证明材料；

b4 应重新采购的证明材料；

b5 采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自己合法权益的证明材料等；

b6 若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料**视为无效**）。

⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2 对不符合本章第 15.1 条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3 对符合本章第 15.1 条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4 招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1 若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起 15 个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2 投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

(1) 我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

(2) 凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

(3) 对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

(4) 招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

17.3 列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。

17.4 符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库〔2017〕141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“**残疾人福利性单位**”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）投标人应当按照招标文件明确的采购标的对应行业的划分标准出具中小企业声明函。

在项目属性为货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在项目属性为服务类采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及

的货物的制造商作出要求；在项目属性为工程类采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。

(4) 监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

(5) 残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.5 信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125 号）规定。

17.6 为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1 指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2 本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

十、其他事项

19、其他事项：

19.1 本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装要求，其他包装需求详见招标文件具体规定。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。

19.2 其他：详见招标文件第二章。

第四章 资格审查与评标

一、资格审查

1、开标结束后，由福建经发招标代理有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1 资格审查小组由 3 人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少 1 人，由福建经发招标代理有限公司派出的工作人员至少 1 人，其余 1 人可为采购人代表或福建经发招标代理有限公司的工作人员。

1.2 资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3 资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

- (1) “投标函”；
- (2) “投标人的资格及资信证明文件”

①一般资格证明文件：

采购包 1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	单位授权书	①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。②投标人为自然人的，可不填写本授权书。
2	营业执照等证明文件	①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。
3	提供财务状况报告（财务报告、或资信证明）	①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a. 成立年限满 1 年及以

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
		<p>上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。</p> <p>b. 成立年限满半年但不足 1 年的投标人，提供该半年度中任一季度的 季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。</p> <p>c. 无法按照以上 a、b 项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满 1 年及以上的投标人、成立年限满半年但不足 1 年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。</p>
4	依法缴纳税收证明材料	<p>①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定：</p> <p>a. 投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。</p> <p>b. 投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。</p> <p>c. 若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。</p>
5	依法缴纳社会保障资金证明材料	<p>①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定：</p> <p>a. 投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。</p> <p>b. 投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。</p> <p>c. 若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。</p>
6	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）	<p>①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。</p> <p>②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。</p>

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
7	参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明	①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
8	信用记录查询结果	①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未届满的，其资格审查不合格。
9	中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用）	①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法(2017)〉的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
		认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。
10	联合体协议（若有）	①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。

※备注说明

①投标人应根据自身实际情况提供上述资格要求的证明材料，格式可参考招标文件第七章提供。

②投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

②. 其他资格证明文件：

采购包 1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
一般资格证明文件补充说明（信用承诺制）	本项目允许采用“资格承诺制”，根据《福建省财政厅关于印发推行政府采购供应商资格承诺制指导意见的通知》规定，投标人提供《政府采购供应商资格承诺函》，在投标文件中可不提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的资格条件证明材料。
“信用记录查询结果”的补充要求	依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号规定及厦门市财政局《关于进一步规范供应商信用记录查询使用的通知》（厦财采〔2020〕14号）的规定执行，具体要求如下：1、信用记录查询渠道：中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/search/cr ）、信用中国网站（ https://www.creditchina.gov.cn ）、信用厦门网站（ https://credit.xm.gov.cn ）；2、信用记录查询的截止时点：本

	<p>项目投标截止时间当日；3、查询记录和证据留存的具体方式：资格审查小组将查询结果网页打印后随采购文件一并存档；4、信用信息使用规则：①查询结果显示投标人在信用记录查询的截止时点前三年内存在不良信用记录（包含列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件）的，其资格审查不合格。②因查询渠道网站原因导致查无供应商信息的，不认定供应商资格审查不合格；评审结束后，通过其他渠道发现供应商存在不良信用记录的，不认定为资格审查错误，将依照有关规定进行调查处理。③联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，联合体资格审查不合格。5、供应商无需提供信用信息查询结果。若供应商自行提供查询结果的，仍以资格审查人员查询结果为准。6、招标文件其他地方要求与本条款要求不一致的，以本条款要求为准。</p>
<p>采购人根据采购项目的要求规定的特定条件</p>	<p>1. 投标人须根据所投的医疗器械分类，提供以下材料：第一类医疗器械提供《产品备案证明》扫描件；第二类、第三类医疗器械提供相应的《医疗器械注册证》扫描件(若医疗器械注册证上未体现投标产品型号规格的，则应同时提供附页扫描件)。</p> <p>2. 投标人所投的医疗器械若含有第二类医疗器械的，投标人应提供其《医疗器械经营备案凭证》或《食品药品生产经营许可证》扫描件；若含有第三类医疗器械的，供应商应提供其《医疗器械经营许可证》或《食品药品生产经营许可证》扫描件。</p> <p>3. 投标人所投配套第三方质控设备中，射线束扫描系统(三维验证)、放疗靶区自动勾画系统、光学体表定位监测系统、SBRT/SRS 全身固定系统(含加压装置)、一体化固定系统、碳纤维乳腺定位架、俯卧位盆腔定位架、头膜、颈肩膜、头颈肩膜、体膜、真空垫等产品属于医疗器械，须按照 1、2 点要求提供相关材料。</p>

(3) 投标保证金。

1.4 有下列情形之一的，**资格审查不合格**：

明细
未按照招标文件规定提交投标函
未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件
未按照招标文件规定提交投标保证金

采购包 1:

资格审查不合格项:

情形	明细
其他情形	资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。（联合体协议、分包意向协议或预留中小企业份额中的比例规定，不适用本条款）

1.5 若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第 1.2、1.3、1.4 条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福建经发招标代理有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束后，福建经发招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

二、评标

4、资格审查结束后，由福建经发招标代理有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

5.1 由采购人代表和评审专家两部分共 7 人组成，其中由福建省政府采购评审专家库产生的评审专家 5 人，由采购人派出的采购人代表 2 人。

5.2 评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和电子投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

(5) 评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由福建经发招标代理有限公司统一对外发布。

②对福建经发招标代理有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1 评标前的准备工作

(1) 全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

(2) 参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2 符合性审查

(1) 评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

(2) 满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

(3) 重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

(4) 评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

(5) 评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

(6) 有下列情形之一的，**符合性审查不合格**：

①项目一般情形:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	情形1	违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定;
2	情形2	属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形;
3	情形3	投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。
4	网络关键设备和网络安全专用产品	<p>根据国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部、国家认证认可监督管理委员会联合发布《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年 第1号），如采购产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》内的网络关键设备和网络安全专用产品[包括路由器（整系统吞吐量(双向)≥12Tbps，整系统路由表容量≥55万条）、交换机（整系统吞吐量(双向)≥30Tbps，整系统包转发率≥10Gpps）、服务器(机架式)（CPU 数量≥8个，单 CPU 内核数≥14个，内存容量≥256GB）、可编程逻辑控制器(PLC设备)（控制器指令执行时间≤0.08微秒）、数据备份与恢复产品、防火墙、入侵检测系统（IDS）、入侵检测系统（IPS）、网络和终端隔离产品、反垃圾邮件产品、网络安全审计产品、网络脆弱性扫描产品、安全数据库系统、网站数据恢复产品、虚拟专用网产品、防病毒网关、统一威胁管理产品（UTM）、病毒防治产品、安全操作系统、安全网络存储、公钥基础设施、网络安全态势感知产品、信息系统安全管理平台、网络型流量控制产品、负载均衡产品、信息过滤产品、抗拒绝服务攻击产品、终端接入控制产品、USB移动存储介质管理系统、文件加密产品、数据泄露防护产品、数据销毁软件产品、安全配置检查产品、运维安全管理产品、日志分析产品、身份鉴别产品、终端安全监测产品、电子文档安全管理产品]，投标人须在投标文件中提供由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求的有效证明材料，或者国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国</p>

		<p>家认证认可监督管理委员会统一公布和更新符合要求的处于有效期内的网络关键设备和网络安全专用产品清单佐证，或者有效期内《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》复印件，否则视为无效投标。</p> <p>本项目的网络关键设备和网络安全专用产品包括：<u>无</u>。</p>
5	强制采购节能产品	<p>投标货物中有属于最新公布《节能产品政府采购品目清单》内强制采购品目的[包括台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)、单元式空气调节机(制冷量>14000W)]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机(制冷量≤14000W)]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备（电视机），视频监控设备（监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴等]，投标人必须提供所报产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《中国节能（节水）产品认证证书》有效复印件，否则视为无效投标。</p> <p>本项目强制采购节能产品品目包括：<u>机房配套精密空调</u>。</p>
6	带“★”号条款要求1	★1.1.10具有立体定向放射外科治疗SRS/SBRT功能或在线自适应放疗功能；
7	带“★”号条款要求2	★1.2.1.1 X线能量：配备常规均整的6MV X射线；
8	带“★”号条款要求3	★1.2.3.1常规均整X线最大剂量率≥600MU/min；
9	带“★”号条款要求4	★1.2.4.4等中心高度≤130cm，准直器系统旋转可旋转范围≥350°（旋转精度≤0.5°）；
10	带“★”号条款要求5	★1.3.2高剂量率模式X射线最大剂量率：≥1300MU/min；
11	带“★”号条款要求6	★1.9.1提供自由式呼吸门控1套或口含式呼吸门控系统(主动

		呼吸门控系统)1套,治疗时可根据病人呼吸幅度触发治疗射束的启动和终止。呼吸门控须满足加速器端和大孔径CT端的临床使用。
12	带“★”号条款要求7	★(1)5年内免费实时提供更新计划系统升级服务;(需提供书面承诺函)
13	带“★”号条款要求8	★2、配置清单(需提供承诺函)【说明,因系统格式问题,配置清单详见招标文件第五章】
14	带“★”号条款要求9	★2.4保修期:本项目自验收合格之日起至少提供3年原厂保修(包含配套第三方设备)。机器到货时间应在出厂日期180天以内。保修期间中标人应提供一切维修服务和更换零配件。设备保修期内,中标人需提供来自原厂每年至少2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给分签医院存档。以上保修期内所需的费用均包含在投标总价中,分签医院不再另行付费。对以上要求投标人需提供承诺函,否则投标无效。
15	带“★”号条款要求10	★2.5在保修期内,中标人应确保年开机率在95%(含)以上,若不能达到此开机率,将作以下处理: (1)年开机率在90(含)-95%(不含)之间,延长保修期1年; (2)年开机率在85(含)-90%(不含)之间,延长保修期2年; (3)年开机率低于85%(不含),中标人应无条件更换新机,并重新计算保修期,以及赔偿医院的直接经济损失和间接经济损失。 注:年开机率=(365-停机天数)/365)。 对以上要求投标人需提供承诺函,否则投标无效。
16	带“★”号条款要求11	★3.5投标人所投产品相同配置设备报价须一致,投标人须按照招标文件第五章投标文件相关格式附件中“附件1:报价明细表”的格式报出配置清单设备的品牌、型号、单价及小计,各分签单位投标总报价必须等于投标人所报配置单价乘以分签单位配置数量(详见:招标文件第五章“2.配置清单”),否则投标无效。

17	带“★”号条款要求的相关说明	<p>招标文件中带“★”号的特殊需求条款中有明确佐证要求的，投标人应在投标文件中提供实质性满足招标文件要求的客观证据以作佐证，否则评标委员会将认定为不满足。</p> <p>客观证据指的是：条款要求中有明确的，以条款要求的证明文件为准；条款要求中未明确的，投标人可以提供以下任一材料进行佐证：①产品彩页；②产品技术白皮书；③国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告有效复印件（报告需具有检验检测机构公章或专用章，并标注有CMA标志）；④提供我国政府相关部门（机构）出具的相关材料原件扫描件（如产品核准证书等）。</p> <p>注：投标人不满足上述规定的符合性要求或提供符合性证明文件不全的，视为未实质性响应招标文件要求，其投标无效。</p>
----	----------------	---

②本项目规定的其他情形：

采购包 1：

技术符合性：

情形	明细
其他情形	投标人技术项平均得分少于招标文件设定技术项总分 50%的，投标无效。

商务符合性：无。

附加符合性：无。

价格符合性：

情形	明细
其他情形	本项目各品目均设有最高限价（详见招标文件第五章“医院与各品目控制单价表”），投标人的投标报价超出任意品目最高限价的，均视为无效投标。

6.3 澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照

前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

(3) 电子投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

① 开标一览表内容与电子投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

② 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③ 单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④ 总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第 6.3 条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

(4) 关于细微偏差

① 细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

② 评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

(5) 关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

① 投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第 6.3 条第（1）、（2）款规定执行。

② 投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a. 评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b. 投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③ 若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4 比较与评价

(1) 按照本章第 7 条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的电子投标文件进行比较与评价。

(2) 关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

- a. 招标文件规定的方式：∟。
- b. 招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他**投标无效**。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

- a. 招标文件规定的方式：∟。
- b. 招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第 6.4 条第(2)款第①、②规定处理。

(3) 漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5 推荐中标候选人：详见本章第 7.2 条规定。

6.6 编写评标报告

(1) 评标报告由评标委员会负责编写。

(2) 评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为**投标无效**处理。

6.8 评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。**持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。**

6.9 在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其**投标无效**，并书面报告本项目监督管理部门：

- (1) 恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第 9.7 条规定情形）；
- (2) 妨碍其他投标人的竞争行为；
- (3) 损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10 评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合性审查合格的投标人不足三家的；
- (2) 有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，福建经发招标代理有限公司将依法组织后续采购活动(包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等)。

7、评标方法和标准

7.1 评标方法：

采购包 1：综合评分法。

7.2 评标标准

采购包 1：综合评分法：

(1) 投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

(2) 每个投标人的评标总得分 $FA = F1 \times A1 + F2 \times A2 + F3 \times A3 + F4 \times A4$ （若有），其中：F1 指价格项评审因素得分、F2 指技术项评审因素得分、F3 指商务项评审因素得分，A1 指价格项评审因素所占的权重、A2 指技术项评审因素所占的权重、A3 指商务项评审因素所占的权重， $A1 + A2 + A3 = 1$ 、 $F1 \times A1 + F2 \times A2 + F3 \times A3 = 100$ 分（满分）， $F4 \times A4$ 为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

(3) 各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为 30 分。

投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格满分分值（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

b. 价格扣除的规则如下：

评标项目	评标方法
小型、微型企业，监狱企业，残疾人	<p>1、对小、微企业报价给予 15%（工程项目为 5%）的扣除。</p> <p>2、联合协议或分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体的报价给予 5%（工程项目为 3%）的扣除。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。</p> <p>3、监狱企业视同上述中小企业享受政府采购扶持政策。</p> <p>4、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），对报价给予 15%（工程项目为 5%）的扣除。</p> <p>说明：①本项目中小企业划分标准所属行业：<u>工业</u>。</p> <p>②投标人须根据本项目中小企业划分标准所属行业，依据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300 号文在投标文件中提交《中小企业声明函》。</p> <p>③符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。</p> <p>④不享受价格扣除优惠政策情形：</p> <p>a. 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策；</p> <p>b. 中小企业与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系；</p> <p>c. 组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系；</p> <p>d. 法律规定的其他情形。</p>

C. 优先类节能产品、环境标志产品的价格扣除规则如下

项目	比例	方法
节能、环境标志产品	10.00%	<p>(1) 经认定，投标人提供的产品属于优先采购节能、环境标志产品的，给予该部分优先采购节能、环境标志产品 10% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>(2) 投标人须对优先采购节能、环境标志产品进行分项报价，并提供相关产品的节能产品、环境标志产品有效认证证书及《优先类节能产品、环境标志产品统计表》。非优先采购节能、环境标志产品及《节能产品政府采购品目清单》内强制采购产品（详见招标文件“第四章/二、评标/6.2 符合性审查/（6）-①项目一般情形”中列明的“强制采购节能产品”）报价不得享受节能产品、环境标志产品的价格扣除优惠。</p> <p>【说明：①节能产品：按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）以及最新的《节能产品政府采购品目清单》的规定执行。②环境标志产品：按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）以及最新的《环境标志产品政府采购品目清单》的规定执行。】</p>

②技术项（F2×A2）满分为 55 分。

项目	分值	描述
1-1	1	<p>投标人所提供的产品技术参数： 医用直线加速器核心结构 1.1.1 核心结构：C 形臂结构机架；1.1.2 加速管类型：行波或驻波；1.1.3 电子枪：支持单独拆卸；完全满足得 1 分。</p> <p>投标人需提供以下任一材料进行佐证：①产品彩页；②产品技术白皮书；③国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告有效复印件（报告需具有检验检测机构公章或专用章，并标注有 CMA 标志）；④提供我国政府相关部门（机构）出具的相关材料原件扫描件（如产品核准证书等）；否则不得分。</p>
1-2	1	<p>投标人所提供的产品技术参数： 医用直线加速器核心结构 1.1.4 微波功率源：磁控管或速调管；1.1.5 微波输出</p>

		<p>的峰值功率$\geq 3.1\text{MW}$；完全满足得 1 分。</p> <p>投标人需提供以下任一材料进行佐证：①产品彩页；②产品技术白皮书；③国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告有效复印件(报告需具有检验检测机构公章或专用章，并标注有 CMA 标志)；④提供我国政府相关部门(机构)出具的相关材料原件扫描件(如产品核准证书等)；否则不得分。</p>
1-3	0.5	<p>投标人所提供的产品技术参数：</p> <p>医用直线加速器核心结构 1.1.6 束流磁偏转系统：滑雪式偏转方式或 270° 偏转方式；1.1.7 联网功能：具有 DICOM RT 接口, 可与网络系统，治疗计划系统和其它第三方放射治疗产品相联接；1.1.8 在治疗室内应安装有 2 个数据显示器，治疗时可显示治疗参数包括机械参数；完全满足得 0.5 分。</p> <p>投标人需提供以下任一材料进行佐证：①产品彩页；②产品技术白皮书；③国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告有效复印件(报告需具有检验检测机构公章或专用章，并标注有 CMA 标志)；④提供我国政府相关部门(机构)出具的相关材料原件扫描件(如产品核准证书等)；否则不得分。</p>
1-4	0.5	<p>投标人所提供的产品技术参数：</p> <p>医用直线加速器核心结构 1.1.9 至少需具有以下治疗模式：电子线放疗、三维适形放疗、静态调强放疗、动态调强放疗、图像引导调强放疗、容积旋转调强放疗；1.1.11 安全连锁：具有独有的防碰撞连锁系统；完全满足得 0.5 分。</p> <p>投标人需提供以下任一材料进行佐证：①产品彩页；②产品技术白皮书；③国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告有效复印件(报告需具有检验检测机构公章或专用章，并标注有 CMA 标志)；④提供我国政府相关部门(机构)出具的相关材料原件扫描件(如产品核准证书等)；否则不得分。</p>
1-5	1	<p>投标人所提供的产品技术参数：</p> <p>射线束特性及机架运动 1.2.1.2 X 线射野尺寸，$0.5\text{cm}\times 0.5\text{cm}$ 至 $40\text{cm}\times 40\text{cm}$ (SSD=100cm)连续可调；1.2.1.3 对于$\geq 5\times 5\text{cm}$的所有方形 X 辐射野，常规射线 X 线能量对称性$\leq 103\%$；X 线平坦度(对 $5\times 5\text{cm}$ 至 $30\times 30\text{cm}$ 的方形辐射野)$\leq 106\%$；1.2.1.4 光野与射野的一致性，对于射野面积$< 20\text{cm}\times 20\text{cm}$，$\leq 1.5\text{mm}$；完全满足得 1 分。</p> <p>投标人需提供以下任一材料进行佐证：①产品彩页；②产品技术白皮书；③国家</p>

		相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告有效复印件(报告需具有检验检测机构公章或专用章,并标注有 CMA 标志);④提供我国政府相关部门(机构)出具的相关材料原件扫描件(如产品核准证书等);否则不得分。
1-6	0.5	<p>投标人所提供的产品技术参数:</p> <p>射线束特性及机架运动 1.2.2.1 提供≥ 3档的电子线,详述电子线能量规格,并提供对应限光筒;完全满足得 0.5 分。</p> <p>投标人需提供以下任一材料进行佐证:①产品彩页;②产品技术白皮书;③国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告有效复印件(报告需具有检验检测机构公章或专用章,并标注有 CMA 标志);④提供我国政府相关部门(机构)出具的相关材料原件扫描件(如产品核准证书等);否则不得分。</p>
1-7	1	<p>投标人所提供的产品技术参数:</p> <p>射线束特性及机架运动 1.2.4.1 机架旋转角度:$\geq 360^\circ$,顺时针和逆时针方向,旋转精度$\leq 0.5^\circ$; 1.2.4.2 源轴距 SAD 或 TAD 距离:$100 \pm 0.2\text{cm}$; 1.2.4.3 束流及影像综合等中心精度$\leq 0.75\text{mm}$半径球体; 1.2.4.5 等中心到治疗头的净空间孔半径$\geq 41\text{cm}$;完全满足得 1 分。</p> <p>投标人需提供以下任一材料进行佐证:①产品彩页;②产品技术白皮书;③国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告有效复印件(报告需具有检验检测机构公章或专用章,并标注有 CMA 标志);④提供我国政府相关部门(机构)出具的相关材料原件扫描件(如产品核准证书等);否则不得分。</p>
1-8	3	<p>投标人所提供的产品技术参数:</p> <p>未均整 X 线 FFF 高剂量率能量模式▲1.3.1 具备 6MV FFF 高剂量率能量模式;完全满足得 3 分。</p> <p>投标人需提供以下任一材料进行佐证:①产品彩页;②产品技术白皮书;③国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告有效复印件(报告需具有检验检测机构公章或专用章,并标注有 CMA 标志);④提供我国政府相关部门(机构)出具的相关材料原件扫描件(如产品核准证书等);否则不得分。</p>
1-9	0.5	<p>投标人所提供的产品技术参数:</p> <p>未均整 X 线 FFF 高剂量率能量模式 1.3.3 高剂量率能量与常规剂量能量应可以进行匹配,并用于临床治疗;完全满足得 0.5 分。</p>

		<p>投标人需提供以下任一材料进行佐证：①产品彩页；②产品技术白皮书；③国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告有效复印件(报告需具有检验检测机构公章或专用章，并标注有 CMA 标志)；④提供我国政府相关部门(机构)出具的相关材料原件扫描件(如产品核准证书等)；否则不得分。</p>
1-10	0.5	<p>投标人所提供的产品技术参数： 电动多叶准直器系统 1.4.1 叶片移动距离$\geq 35\text{cm}$；1.4.2 叶片过中线距离$\geq 15\text{cm}$；1.4.3 相邻叶片的最大端面距离$\geq 20\text{cm}$；1.4.6 叶片高度$\geq 6\text{cm}$；1.4.7 叶片漏射率$\leq 2.5\%$；完全满足得 0.5 分。 投标人需提供以下任一材料进行佐证：①产品彩页；②产品技术白皮书；③国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告有效复印件(报告需具有检验检测机构公章或专用章，并标注有 CMA 标志)；④提供我国政府相关部门(机构)出具的相关材料原件扫描件(如产品核准证书等)；否则不得分。</p>
1-11	3	<p>投标人所提供的产品技术参数： 电动多叶准直器系统▲1.4.4 叶片在等中心平面的最小投影宽度$\leq 5\text{mm}$；完全满足得 3 分。投标人需提供以下任一材料进行佐证：①产品彩页；②产品技术白皮书；③国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告有效复印件(报告需具有检验检测机构公章或专用章，并标注有 CMA 标志)；④提供我国政府相关部门(机构)出具的相关材料原件扫描件(如产品核准证书等)；否则不得分。</p>
1-12	3	<p>投标人所提供的产品技术参数： 电动多叶准直器系统▲1.4.5 叶片数量≥ 120片，MLC 最大射野$\geq 40\text{cm} \times 40\text{cm}$；完全满足得 3 分。 投标人需提供以下任一材料进行佐证：①产品彩页；②产品技术白皮书；③国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告有效复印件(报告需具有检验检测机构公章或专用章，并标注有 CMA 标志)；④提供我国政府相关部门(机构)出具的相关材料原件扫描件(如产品核准证书等)；否则不得分。</p>
1-13	1	<p>投标人所提供的产品技术参数： 电动多叶准直器系统 1.4.8 等中心处叶片最大移动速度$\geq 2.5\text{cm/s}$；1.4.9 钨门最大运动速度$\geq 2.5\text{cm/s}$；1.4.10 钨门过中线距离$\geq 10\text{cm}$；1.4.11 射野半影：\leq</p>

		<p>5.5mm; 1.4.12 叶片具有“插指”功能; 完全满足得 1 分。</p> <p>投标人需提供以下任一材料进行佐证: ①产品彩页; ②产品技术白皮书; ③国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告有效复印件(报告需具有检验检测机构公章或专用章, 并标注有 CMA 标志); ④提供我国政府相关部门(机构)出具的相关材料原件扫描件(如产品核准证书等); 否则不得分。</p>
1-14	1	<p>投标人所提供的产品技术参数:</p> <p>MV 级电子射野影像系统 (EPID) 1.5.1.1 探测器类型: 采用可远程控制收缩的非晶硅平板型数字化成像探测器; 1.5.1.2 探测器面积$\geq 40\text{cm} \times 40\text{cm}$; 1.5.1.3 空间分辨率$\geq 1024 \times 1024$ 像素; 完全满足得 1 分。</p> <p>投标人需提供以下任一材料进行佐证: ①产品彩页; ②产品技术白皮书; ③国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告有效复印件(报告需具有检验检测机构公章或专用章, 并标注有 CMA 标志); ④提供我国政府相关部门(机构)出具的相关材料原件扫描件(如产品核准证书等); 否则不得分。</p>
1-15	1	<p>投标人所提供的产品技术参数:</p> <p>MV 级电子射野影像系统 (EPID) 1.5.1.4 像素空间分辨率$\leq 0.34\text{mm} \times 0.34\text{mm}$; 1.5.1.5 像素灰度分辨率$\geq 16\text{bit/pixel}$; 1.5.1.6 具有防碰撞连锁功能; 完全满足得 1 分。</p> <p>投标人需提供以下任一材料进行佐证: ①产品彩页; ②产品技术白皮书; ③国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告有效复印件(报告需具有检验检测机构公章或专用章, 并标注有 CMA 标志); ④提供我国政府相关部门(机构)出具的相关材料原件扫描件(如产品核准证书等); 否则不得分。</p>
1-16	0.5	<p>投标人所提供的产品技术参数:</p> <p>MV 级电子射野影像系统 (EPID) 1.5.2.1 可在实时影像系统的用户界面上同时察看实时成像和对比参考图像(模拟定位图像, 或 DRR 图像), 以及其他图像; 即使在采集图像时, 也能显示参考图像; 1.5.2.2 可在图像上覆盖显示多叶准直器的照射野形状; 1.5.2.3 图像采集后自动进行图像增强处理; 1.5.2.4 图像采集后自动关闭加速器的射线输出; 完全满足得 0.5 分。</p> <p>投标人需提供以下任一材料进行佐证: ①产品彩页; ②产品技术白皮书; ③国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告有效复印件(报告需具有</p>

		检验检测机构公章或专用章，并标注有 CMA 标志)；④提供我国政府相关部门(机构)出具的相关材料原件扫描件(如产品核准证书等)；否则不得分。
1-17	1	<p>投标人所提供的产品技术参数：</p> <p>MV 级电子射野影像系统 (EPID) 1.5.2.5 至少需具有自动/手动调节窗宽/窗位功能；1.5.2.6 至少需具有图像放大/缩小显示功能；1.5.2.7 至少需具有包括大小、翻转、旋转功能；1.5.2.8 至少需具有距离，面积，角度功能；1.5.2.9 至少需具有栅格覆盖显示功能；完全满足得 1 分。</p> <p>投标人需提供以下任一材料进行佐证：①产品彩页；②产品技术白皮书；③国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告有效复印件(报告需具有检验检测机构公章或专用章，并标注有 CMA 标志)；④提供我国政府相关部门(机构)出具的相关材料原件扫描件(如产品核准证书等)；否则不得分。</p>
1-18	0.5	<p>投标人所提供的产品技术参数：</p> <p>MV 级电子射野影像系统 (EPID) 1.5.2.10 定位匹配功能：可对参考图像和实时成像进行照射野边界和解剖结构的定位匹配的检测，并可进行位移的测量，从而确定照射野的摆位误差；1.5.2.11 具有 DICOM-3, DICOM-RT 网络功能；1.5.2.12 具备 MLC 到位精度快速检测功能；1.5.2.13 具备利用 EPID 对加速器 MLC 位置精度自动校准功能；完全满足得 0.5 分。</p> <p>投标人需提供以下任一材料进行佐证：①产品彩页；②产品技术白皮书；③国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告有效复印件(报告需具有检验检测机构公章或专用章，并标注有 CMA 标志)；④提供我国政府相关部门(机构)出具的相关材料原件扫描件(如产品核准证书等)；否则不得分。</p>
1-19	3	<p>投标人所提供的产品技术参数：</p> <p>其他图像引导系统▲1.6.1 具备 KV-CBCT 三维影像引导系统，整套系统集成于加速器上，与加速器共用同一旋转机架或具备 24 排以上 CT 图像引导系统；完全满足得 3 分。</p> <p>投标人需提供以下任一材料进行佐证：①产品彩页；②产品技术白皮书；③国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告有效复印件(报告需具有检验检测机构公章或专用章，并标注有 CMA 标志)；④提供我国政府相关部门(机构)出具的相关材料原件扫描件(如产品核准证书等)；否则不得分。</p>

1-20	1	<p>投标人所提供的产品技术参数：</p> <p>其他图像引导系统 1.6.2.1 采用 KV-CBCT 三维影像引导系统的高压发生器：$\geq 40\text{kW}$，管电压在 $70\sim 140\text{kV}$ 或采用 CT 方式图像引导的最大球管电压$\geq 140\text{kV}$，最大球管电流$\geq 400\text{mA}$；1.6.2.2 采用 KV-CBCT 三维影像引导系统方式的球管为双焦点尺寸：小焦点$\leq 0.4\text{mm}$，大焦点$\leq 1.0\text{mm}$ 或采用 CT 图像引导方式的球管阳极热容量$\geq 5.3\text{MHU}$；1.6.2.3KV 级影像引导系统采用非晶硅影像数字化平板探测器，探测器面积：$\geq 39\text{cm}\times 39\text{cm}$ 或采用 CT 图像引导方式的探测器排数≥ 24 排；1.6.2.5 KV 级影像引导系统 CBCT 重建长度$\geq 18\text{cm}$ 或采用 CT 图像引导方式扫描视野（FOV）$\geq 50\text{cm}$；1.6.2.6 KV 级影像引导系统平板探测器空间分辨率：$\geq 1024 \times 1024$ 或 CT 图像引导方式图像空间分辨率$\geq 18 \text{ LP/CM@OMTF}$；1.6.2.7 配置影像处理工作站 1 台，能与直线加速器、治疗床互联，具备 Dicom RT 接口；完全满足得 1 分。</p> <p>投标人需提供以下任一材料进行佐证：①产品彩页；②产品技术白皮书；③国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告有效复印件(报告需具有检验检测机构公章或专用章，并标注有 CMA 标志)；④提供我国政府相关部门(机构)出具的相关材料原件扫描件（如产品核准证书等）；否则不得分。</p>
1-21	3	<p>投标人所提供的产品技术参数：</p> <p>其他图像引导系统▲1.6.2.4 KV 级影像引导系统支持 X 光拍片，透视，和容积影像（锥形束 CT）模式，四维容积影像模式或 CT 图像引导方式支持同机模拟定位和治疗；完全满足得 3 分。</p> <p>投标人需提供以下任一材料进行佐证：①产品彩页；②产品技术白皮书；③国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告有效复印件(报告需具有检验检测机构公章或专用章，并标注有 CMA 标志)；④提供我国政府相关部门(机构)出具的相关材料原件扫描件（如产品核准证书等）；否则不得分。</p>
1-22	1	<p>投标人所提供的产品技术参数：</p> <p>其他图像引导系统 1.6.3.1 图像空间分辨率：$\geq 10\text{LP/cm}$；1.6.3.2CBCT 重建图像分辨率：$\geq 1024\times 1024$；1.6.3.3 CBCT 重建图像灰度值$\geq 14\text{bits}$；1.6.3.4 CBCT 最大重建视野（FOV）：$\geq 45\text{cm}$；完全满足得 1 分。</p> <p>投标人需提供以下任一材料进行佐证：①产品彩页；②产品技术白皮书；③国家</p>

		相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告有效复印件(报告需具有检验检测机构公章或专用章,并标注有 CMA 标志);④提供我国政府相关部门(机构)出具的相关材料原件扫描件(如产品核准证书等);否则不得分。
1-23	1	<p>投标人所提供的产品技术参数:</p> <p>四维影像引导系统 1.7.1 可在治疗模式下浏览 4D CBCT 图像或 4D CT 和 MV-CBCT; 1.7.2 可对比计划结构(如 ITV)观察解剖结构运动; 1.7.3 可评估由于呼吸带来的解剖结构运动; 1.7.4 可实时四维影像引导并在线匹配; 完全满足得 1 分。</p> <p>投标人需提供以下任一材料进行佐证: ①产品彩页; ②产品技术白皮书; ③国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告有效复印件(报告需具有检验检测机构公章或专用章,并标注有 CMA 标志); ④提供我国政府相关部门(机构)出具的相关材料原件扫描件(如产品核准证书等); 否则不得分。</p>
1-24	0.5	<p>投标人所提供的产品技术参数:</p> <p>治疗床 1.8.1 运动控制: 治疗床运动由电机进行驱动,可调速运动; 1.8.2 治疗床具有手动控制方式; 1.8.3 最大负载能力: $\geq 200\text{Kg}$; 完全满足得 0.5 分。</p> <p>投标人需提供以下任一材料进行佐证: ①产品彩页; ②产品技术白皮书; ③国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告有效复印件(报告需具有检验检测机构公章或专用章,并标注有 CMA 标志); ④提供我国政府相关部门(机构)出具的相关材料原件扫描件(如产品核准证书等); 否则不得分。</p>
1-25	1	<p>投标人所提供的产品技术参数:</p> <p>治疗床 1.8.4 垂直移动范围: $\geq 80\text{cm}$; 1.8.5 前后移动范围: $\geq 100\text{cm}$; 1.8.6 左右移动范围: $\geq 49\text{cm}$; 1.8.7 治疗床的等中心旋转 $\geq \pm 95^\circ$; 1.8.8 旋转精度为: $\leq 0.5^\circ$; 完全满足得 1 分。</p> <p>投标人需提供以下任一材料进行佐证: ①产品彩页; ②产品技术白皮书; ③国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告有效复印件(报告需具有检验检测机构公章或专用章,并标注有 CMA 标志); ④提供我国政府相关部门(机构)出具的相关材料原件扫描件(如产品核准证书等); 否则不得分。</p>
1-26	1	<p>投标人所提供的产品技术参数:</p> <p>治疗床 1.8.9 治疗床面板为碳纤维材料; 1.8.10 治疗床面可在六个自由度进行平移和旋转,可自动摆位; 六维床的运动范围和精度: XYZ 平移: $\geq \pm 3\text{cm}$, 精</p>

		<p>度：$\leq 0.5\text{mm}$或在等中心$\pm 3\text{cm}$内；1.8.11 3轴旋转：$\geq \pm 3^\circ$，精度：$\leq 0.2^\circ$或在等中心$\pm 6^\circ$之内的旋转误差：$\leq 0.3^\circ$；完全满足得1分。</p> <p>投标人需提供以下任一材料进行佐证：①产品彩页；②产品技术白皮书；③国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告有效复印件(报告需具有检验检测机构公章或专用章，并标注有CMA标志)；④提供我国政府相关部门(机构)出具的相关材料原件扫描件(如产品核准证书等)；否则不得分。</p>
1-27	3	<p>投标人所提供的产品技术参数：</p> <p>质控系统▲1.10.1 提供计划检查、患者治疗投照验证、患者锥形束CT验证及胶片及剂量学验证、设备等中心验证及自动校准、晨检功能等功能。完全满足得3分。</p> <p>投标人需提供以下任一材料进行佐证：①产品彩页；②产品技术白皮书；③国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告有效复印件(报告需具有检验检测机构公章或专用章，并标注有CMA标志)；④提供我国政府相关部门(机构)出具的相关材料原件扫描件(如产品核准证书等)；否则不得分。</p>
1-28	1	<p>投标人所提供的产品技术参数：</p> <p>质控系统1.10.2 提供用于加速器质量保证测试的模体,包括但不限于：MV级二维图像质量质控模体，KV级二维图像质量质控模体，KV级三维图像质量质控模体，KV级图像系统等中心质控模体，呼吸运动科研模体，快速端对端多功能晨检模体。完全满足得1分。</p> <p>投标人需提供以下任一材料进行佐证：①产品彩页；②产品技术白皮书；③国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告有效复印件(报告需具有检验检测机构公章或专用章，并标注有CMA标志)；④提供我国政府相关部门(机构)出具的相关材料原件扫描件(如产品核准证书等)；否则不得分。</p>
1-29	1	<p>投标人所提供的产品技术参数：</p> <p>容积旋转调强功能1.11.1 多叶光栅有专业旋转调强放疗的计算功能；1.11.2 支持360度旋转治疗；完全满足得1分。</p> <p>投标人需提供以下任一材料进行佐证：①产品彩页；②产品技术白皮书；③国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告有效复印件(报告需具有检验检测机构公章或专用章，并标注有CMA标志)；④提供我国政府相关部门(机</p>

		构) 出具的相关材料原件扫描件(如产品核准证书等); 否则不得分。
1-30	1	<p>投标人所提供的产品技术参数:</p> <p>容积旋转调强功能 1. 11. 3 容积旋转调强治疗运行要求: 单弧, 多弧和分段多弧; 1. 11. 4 容积旋转调强治疗时机架旋转角度、多叶光栅运动、准直器机头旋转运动和实时剂量率均可按照优化要求自动实时优化; 1. 11. 6 具备全自动非共面超弧(即多个弧)调强治疗照射功能; 完全满足得 1 分。</p> <p>投标人需提供以下任一材料进行佐证: ①产品彩页; ②产品技术白皮书; ③国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告有效复印件(报告需具有检验检测机构公章或专用章, 并标注有 CMA 标志); ④提供我国政府相关部门(机构)出具的相关材料原件扫描件(如产品核准证书等); 否则不得分。</p>
1-31	3	<p>投标人所提供的产品技术参数:</p> <p>容积旋转调强功能▲1. 11. 5 弧方向性选择: 能进行共面, 非共面弧治疗; 完全满足得 3 分。</p> <p>投标人需提供以下任一材料进行佐证: ①产品彩页; ②产品技术白皮书; ③国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告有效复印件(报告需具有检验检测机构公章或专用章, 并标注有 CMA 标志); ④提供我国政府相关部门(机构)出具的相关材料原件扫描件(如产品核准证书等); 否则不得分。</p>
1-32	3	<p>投标人所提供的产品技术参数:</p> <p>放射治疗计划系统▲1. 12. 1. 1 本系统用于设计制定三维适形、静态调强、动态调强、容积旋转调强以及 SBRT /SRS 放射治疗计划。完全满足得 3 分。</p> <p>投标人需提供以下任一材料进行佐证: ①产品彩页; ②产品技术白皮书; ③国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告有效复印件(报告需具有检验检测机构公章或专用章, 并标注有 CMA 标志); ④提供我国政府相关部门(机构)出具的相关材料原件扫描件(如产品核准证书等); 否则不得分。</p>
1-33	1	<p>投标人所提供的产品技术参数:</p> <p>放射治疗计划系统 1. 12. 2. 1 提供的物理师工作站和医生工作站, 要求包含全部的最新的计算机硬件, 操作系统, 应用软件和外设; (1) 物理师工作站内存≥32GB; (2) 医生工作站内存≥8GB; (3) 物理师工作站、医生工作站操作系统采用 Windows64 位操作系统或者更高; 完全满足得 1 分。</p>

		<p>投标人需提供以下任一材料进行佐证：①产品彩页；②产品技术白皮书；③国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告有效复印件(报告需具有检验检测机构公章或专用章,并标注有 CMA 标志)；④提供我国政府相关部门(机构)出具的相关材料原件扫描件(如产品核准证书等)；否则不得分。</p>
1-34	0.5	<p>投标人所提供的产品技术参数： 放射治疗计划系统 1.12.2.2 系统应完全遵从 DICOM 标准,以实现医学影像共享；1.12.2.3 系统能与支持 DICOM3.0 的 CT、MR、PET 等影像设备连接,并导出 DICOM 影像；全满足得 0.5 分。</p> <p>投标人需提供以下任一材料进行佐证：①产品彩页；②产品技术白皮书；③国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告有效复印件(报告需具有检验检测机构公章或专用章,并标注有 CMA 标志)；④提供我国政府相关部门(机构)出具的相关材料原件扫描件(如产品核准证书等)；否则不得分。</p>
1-35	1	<p>投标人所提供的产品技术参数： 放射治疗计划系统 1.12.3.1 提供对直线加速器线束数据的采集、拟合和输入,验证工作；1.12.3.2 具有虚拟模拟功能；完全满足得 1 分。</p> <p>投标人需提供以下任一材料进行佐证：①产品彩页；②产品技术白皮书；③国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告有效复印件(报告需具有检验检测机构公章或专用章,并标注有 CMA 标志)；④提供我国政府相关部门(机构)出具的相关材料原件扫描件(如产品核准证书等)；否则不得分。</p>
1-36	1	<p>投标人所提供的产品技术参数： 放射治疗计划系统 1.12.3.3 轮廓勾画须具备如下功能：(1)具备边缘自动探测和重要器官自动规避的功能；(2)具备三维智能勾画软件功能；(3)支持基于 PET SUV 值的轮廓自动勾画；(4)提供四维勾画功能；(5)应支持生成 MIP、AIP 和 minIP 图像；(6)要求计划系统以及放疗医生工作站均可进行 4D 勾画；(7)提供智能勾画工具,用于自动化分割结构；完全满足得 1 分。</p> <p>投标人需提供以下任一材料进行佐证：①产品彩页；②产品技术白皮书；③国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告有效复印件(报告需具有检验检测机构公章或专用章,并标注有 CMA 标志)；④提供我国政府相关部门(机构)出具的相关材料原件扫描件(如产品核准证书等)；否则不得分。</p>

1-37	1	<p>投标人所提供的产品技术参数：</p> <p>放射治疗计划系统 1.12.3.4 三维适形计划要求：（1）自动或手动设置射野形状；（2）具有灵活的交互设置射野以及处方设置的功能；（3）支持三维适形计划的逆向优化；1.12.3.5 调强计划功能要求：（1）具有静态、动态调强计划、容积旋转调强和 SBRT 计划功能；完全满足得 1 分。</p> <p>投标人需提供以下任一材料进行佐证：①产品彩页；②产品技术白皮书；③国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告有效复印件（报告需具有检验检测机构公章或专用章，并标注有 CMA 标志）；④提供我国政府相关部门（机构）出具的相关材料原件扫描件（如产品核准证书等）；否则不得分。</p>
1-38	0.5	<p>投标人所提供的产品技术参数：</p> <p>放射治疗计划系统 1.12.3.6 计算方式（1）光子线采用蒙特卡洛（Monte-Carlo）算法或迭代卷积算法（Collapsed Cone）；（2）电子线采用 Monte-Carlo 模拟算法；（3）支持 Dicom plan 再计算功能，可将其他算法的计划导入到新计划系统中，采用蒙特卡洛算法重新进行精确计算；完全满足得 0.5 分。</p> <p>投标人需提供以下任一材料进行佐证：①产品彩页；②产品技术白皮书；③国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告有效复印件（报告需具有检验检测机构公章或专用章，并标注有 CMA 标志）；④提供我国政府相关部门（机构）出具的相关材料原件扫描件（如产品核准证书等）；否则不得分。</p>
1-39	0.5	<p>投标人所提供的产品技术参数：</p> <p>放射治疗计划系统 1.12.3.7 计划评估（1）具有计划评估功能，支持不确定性计算；完全满足得 0.5 分。</p> <p>投标人需提供以下任一材料进行佐证：①产品彩页；②产品技术白皮书；③国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告有效复印件（报告需具有检验检测机构公章或专用章，并标注有 CMA 标志）；④提供我国政府相关部门（机构）出具的相关材料原件扫描件（如产品核准证书等）；否则不得分。</p>
1-40	3	<p>投标人所提供的产品技术参数：</p> <p>放射治疗计划系统▲1.12.3.8 图像融合及在线剂量验证（1）具备 CT 模拟功能，能融合 CT、MRI、PET 等多种影像以准确确定靶区及其它组织；（2）提供机载计划验证系统，支持并提供多目标优化（可提供第三方产品）；完全满足得 3 分。</p>

		<p>投标人需提供以下任一材料进行佐证：①产品彩页；②产品技术白皮书；③国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告有效复印件(报告需具有检验检测机构公章或专用章,并标注有 CMA 标志)；④提供我国政府相关部门(机构)出具的相关材料原件扫描件(如产品核准证书等)；否则不得分。</p>
1-41	1	<p>投标人所提供的产品技术参数： 肿瘤放射治疗管理系统 1.13.1 网络技术规格及要求 1.13.1.1 网络拓扑结构：以太网结构；1.13.1.2 网络通讯协议：TCP/IP；1.13.1.3 网络数据传输速度：$\geq 1\text{GB/s}$；1.13.2 硬件技术规格及要 1.13.2.1 数据库服务器：一台；（1）内存：$\geq 64\text{GB}$；（2）硬盘：$\geq 5 \times 600\text{GB}$；（3）网络适配器：100M/1000M 自适应以太网网络适配器；1.13.2.2 网络工作站及授权≥ 3台；（1）网络工作站内存：$\geq 8\text{G}$，硬盘：$\geq 500\text{G}$；全满足得 1 分。</p> <p>投标人需提供以下任一材料进行佐证：①产品彩页；②产品技术白皮书；③国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告有效复印件(报告需具有检验检测机构公章或专用章,并标注有 CMA 标志)；④提供我国政府相关部门(机构)出具的相关材料原件扫描件(如产品核准证书等)；否则不得分。</p>
1-42	1	<p>投标人所提供的产品技术参数： 肿瘤放射治疗管理系统 1.13.3 软件要求 1.13.3.1 放疗网络连接：通过放疗网络系统，能实现与直线加速器和放射治疗计划系统联网；1.13.3.2 操作系统和数据库正版软件要求：所有运行于服务器和工作站的软件必须是正版软件；1.13.3.3 放疗数据库应用软件：所有的病人放射治疗数据，包括文字资料、图像数据和治疗计划数据，以及治疗过程中产生的图像和文字数据，均应集中存储在服务器数据库中，方便管理、备份，实现所有联网工作站信息资源共享；1.13.3.4 用户权限管理：用户权限集中管理；全满足得 1 分。</p> <p>投标人需提供以下任一材料进行佐证：①产品彩页；②产品技术白皮书；③国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告有效复印件(报告需具有检验检测机构公章或专用章,并标注有 CMA 标志)；④提供我国政府相关部门(机构)出具的相关材料原件扫描件(如产品核准证书等)；否则不得分。</p>
1-43	0.5	<p>投标人所提供的产品技术参数： 肿瘤放射治疗管理系统 1.13.3.5 具有治疗参数的“自动记录和验证”功能；</p>

	<p>1. 13. 3. 6 提供病人登记注册和病例资料管理功能； 1. 13. 3. 7 支持等中心旋转放疗、非共平面放疗、多叶准直器、不规则照射野、适形放疗、调强放疗等所有外照射放疗的应用； 1. 13. 3. 8 支持实时影像验证（EPID）； 1. 13. 3. 9 要求支持 Cone Beam CT 记录和验证； 1. 13. 3. 10 支持动态调强、静态调强、容积旋转调强技术；全满足得 0.5 分。</p> <p>投标人需提供以下任一材料进行佐证：①产品彩页；②产品技术白皮书；③国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告有效复印件（报告需具有检验检测机构公章或专用章，并标注有 CMA 标志）；④提供我国政府相关部门（机构）出具的相关材料原件扫描件（如产品核准证书等）；否则不得分。</p>
--	--

③商务项（F3×A3）满分为 15 分。

项目	分值	描述
2-1	2	投标人应为本项目提供本地化服务，投标人可提供合作单位协议或者自身机构的营业执照证明，也可以提供在本地设立的项目部、办公室、办事处等机构证明，或者承诺中标后 20 个工作日内提供本地化服务保障并提供具体措施的得 2 分，否则不得分。【注：如提供承诺函的投标人若中标，但中标后未按承诺函履行承诺，则视为虚假承诺，采购人将单方取消投标人中标资格，给采购人造成损失的，则还要承担相应的赔偿责任。】
2-2	3	投标产品交付期在满足招标要求[自医院发出供货通知后 30 个日历日内交货]的基础上，每提前 3 个日历日（不足不计）得 1 分，满分 3 分。投标人须提供书面承诺，否则不得分。
2-3	3	投标人能够根据售后服务要求提供售后服务方案，方案至少包含售后服务计划、售后服务人员安排以及对保修期外提供相应的服务计划的得 3 分；未提供或方案不满足以上要求的不得分。
2-4	2	投标人承诺保修期内若出现任何故障问题，在接到采购人通知后 1 小时内响应，12 小时内维修人员到达现场；其中发生一切费用由中标人承担的得 2 分，提供完整书面承诺（格式自拟），否则不得分。
2-5	2	投标人能够提供设备使用培训方案，方案至少包含培训方式、培训计划和培训大纲，并且对设备的工作原理、操作步骤、正常维护有说明的得 2 分；未提供或方案不满足以上要求的不得分。

2-6	3	<p>根据投标人 2021 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）以来的直线加速器项目的经营业绩、经验的有效证明文件进行评价：</p> <p>每个完整有效业绩得 1 分，满分 3 分。</p> <p>【说明：有效证明文件完整包括该业绩的中标（成交）公告[提供相关网站中标（成交）公告的下载网页及其网址]、中标（成交）通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，原件备查；如未按照中标文件要求提供该项业绩完整资料的，评标委员会对该项业绩将不予采信。】</p>
-----	---	---

④加分项（F4×A4）

无。

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

- a. 按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。
- b. 评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。
- c. 评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1 评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2 评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3 若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金或通过投标保函进行索赔。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4 其他：

- （1）招标文件没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

第五章 招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）

1.1 本项目为厦门市卫生健康委员会(厦门市医用设备集中采购工作专班)直线加速器统招分签采购项目。

1.2 本项目采用统招分签方式，由厦门市卫生健康委员会作为采购人牵头统一组织采购，投标人中标后需分别和各个医院（即分签单位）签订采购合同，并就所供设备向所属医院负责。涉及的医院与各品目控制单价如下：

序号	医院（即分签单位）	品目名称	数量	最高限制单价 （万元）	小计 （万元）
1	厦门市妇幼保健院	直线加速器	1 套	3000.00	3000.00

1.3◆本项目核心产品为：直线加速器。

【注：非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品中有任意一个对应产品品牌相同的，按照第四章第 6.4 条第（2）款第①、②规定处理。】

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

1、采购内容及主要技术要求

1.1 医用直线加速器核心结构

1.1.1 核心结构：C 形臂结构机架；

1.1.2 加速管类型：行波或驻波；

1.1.3 电子枪：支持单独拆卸；

1.1.4 微波功率源：磁控管或速调管；

1.1.5 微波输出的峰值功率 $\geq 3.1\text{MW}$ ；

1.1.6 束流磁偏转系统：滑雪式偏转方式或 270° 偏转方式；

1.1.7 联网功能：具有 DICOM RT 接口,可与网络系统，治疗计划系统和其它第三方放射治疗产品相联接；

1.1.8 在治疗室内应安装有 2 个数据显示器，治疗时可显示治疗参数包括机械参数；

1.1.9 至少需具有以下治疗模式：电子线放疗、三维适形放疗、静态调强放疗、动态调强

放疗、图像引导调强放疗、容积旋转调强放疗；

★1.1.10 具有立体定向放射外科治疗 SRS/SBRT 功能或在线自适应放疗功能；

1.1.11 安全连锁：具有独有的防碰撞连锁系统；

1.2 射线束特性及机架运动

1.2.1 X 射线；

★1.2.1.1 X 线能量：配备常规均整的 6MV X 射线；

1.2.1.2 X 线射野尺寸，0.5cm×0.5cm 至 40cm×40cm (SSD=100cm)连续可调；

1.2.1.3 对于 $\geq 5 \times 5$ cm 的所有方形 X 辐射野，常规射线 X 线能量对称性 $\leq 103\%$ ；X 线平坦度（对 5×5 cm 至 30×30 cm 的方形辐射野） $\leq 106\%$ ；

1.2.1.4 光野与射野的一致性，对于射野面积 $< 20\text{cm} \times 20\text{cm}$ ， $\leq 1.5\text{mm}$ ；

1.2.2 电子线

1.2.2.1 提供 ≥ 3 档的电子线，详述电子线能量规格，并提供对应限光筒；

1.2.3 剂量率

★1.2.3.1 常规均整 X 线最大剂量率 $\geq 600\text{MU}/\text{min}$ ；

1.2.4 机械运动系统；

1.2.4.1 机架旋转角度： $\geq 360^\circ$ ，顺时针和逆时针方向，旋转精度 $\leq 0.5^\circ$ ；

1.2.4.2 源轴距 SAD 或 TAD 距离： $100 \pm 0.2\text{cm}$ ；

1.2.4.3 束流及影像综合等中心精度 $\leq 0.75\text{mm}$ 半径球体；

★1.2.4.4 等中心高度 $\leq 130\text{cm}$ ，准直器系统旋转可旋转范围 $\geq 350^\circ$ （旋转精度 $\leq 0.5^\circ$ ）；

1.2.4.5 等中心到治疗头的净空间孔半径 $\geq 41\text{cm}$ ；

1.3 未均整 X 线 FFF 高剂量率能量模式

▲1.3.1 具备 6MV FFF 高剂量率能量模式；

★1.3.2 高剂量率模式 X 射线最大剂量率： $\geq 1300\text{MU}/\text{min}$ ；

1.3.3 高剂量率能量与常规剂量能量应可以进行匹配，并用于临床治疗；

1.4 电动多叶准直器系统

1.4.1 叶片移动距离 $\geq 35\text{cm}$ ；

1.4.2 叶片过中线距离 $\geq 15\text{cm}$ ；

1.4.3 相邻叶片的最大端面距离 $\geq 20\text{cm}$ ；

▲1.4.4 叶片在等中心平面的最小投影宽度 $\leq 5\text{mm}$ ；

▲1.4.5 叶片数量 ≥ 120 片，MLC 最大射野 $\geq 40\text{cm} \times 40\text{cm}$ ；

1.4.6 叶片高度 $\geq 6\text{cm}$ ；

1.4.7 叶片漏射率 $\leq 2.5\%$ ；

1.4.8 等中心处叶片最大移动速度 $\geq 2.5\text{cm/s}$ ；

1.4.9 钨门最大运动速度 $\geq 2.5\text{cm/s}$ ；

1.4.10 钨门过中线距离 $\geq 10\text{cm}$ ；

1.4.11 射野半影： $\leq 5.5\text{mm}$ ；

1.4.12 叶片具有“插指”功能；

1.5 MV 级电子射野影像系统（EPID）

1.5.1 电子射野影像系统（EPID）的硬件要求；

1.5.1.1 探测器类型：采用可远程控制收缩的非晶硅平板型数字化成像检测器；

1.5.1.2 探测器面积 $\geq 40\text{cm} \times 40\text{cm}$ ；

1.5.1.3 空间分辨率 $\geq 1024 \times 1024$ 像素；

1.5.1.4 像素空间分辨率 $\leq 0.34\text{mm} \times 0.34\text{mm}$ ；

1.5.1.5 像素灰度分辨率 $\geq 16\text{bit/pixel}$ ；

1.5.1.6 具有防碰撞连锁功能；

1.5.2 电子射野影像系统（EPID）软件的系统要求；

1.5.2.1 可在实时影像系统的用户界面上同时察看实时成像和对比参考图像（模拟定位图像，或 DRR 图像），以及其他图像；即使在采集图像时，也能显示参考图像；

1.5.2.2 可在图像上覆盖显示多叶准直器的照射野形状；

1.5.2.3 图像采集后自动进行图像增强处理；

1.5.2.4 图像采集后自动关闭加速器的射线输出；

1.5.2.5 至少需具有自动/手动调节窗宽/窗位功能；

1.5.2.6 至少需具有图像放大/缩小显示功能；

1.5.2.7 至少需具有包括大小、翻转、旋转功能；

1.5.2.8 至少需具有距离，面积，角度功能；

1.5.2.9 至少需具有栅格覆盖显示功能；

1.5.2.10 定位匹配功能：可对参考图像和实时成像进行照射野边界和解剖结构的定位匹配的检测，并可进行位移的测量，从而确定照射野的摆位误差；

1.5.2.11 具有 DICOM-3, DICOM-RT 网络功能;

1.5.2.12 具备 MLC 到位精度快速检测功能;

1.5.2.13 具备利用 EPID 对加速器 MLC 位置精度自动校准功能;

1.6 其他图像引导系统

▲1.6.1 具备 KV-CBCT 三维影像引导系统, 整套系统集成于加速器上, 与加速器共用同一旋转机架或具备 24 排以上 CT 图像引导系统;

1.6.2 技术规格及量化指标;

1.6.2.1 采用 KV-CBCT 三维影像引导系统的高压发生器: $\geq 40\text{kW}$, 管电压在 $70\sim 140\text{kV}$ 或采用 CT 方式图像引导的最大球管电压 $\geq 140\text{kV}$, 最大球管电流 $\geq 400\text{mA}$;

1.6.2.2 采用 KV-CBCT 三维影像引导系统方式的球管为双焦点尺寸: 小焦点 $\leq 0.4\text{mm}$, 大焦点 $\leq 1.0\text{mm}$ 或采用 CT 图像引导方式的球管阳极热容量 $\geq 5.3\text{MHU}$;

1.6.2.3 KV 级影像引导系统采用非晶硅影像数字化平板探测器, 探测器面积: $\geq 39\text{cm} \times 39\text{cm}$ 或采用 CT 图像引导方式的探测器排数 ≥ 24 排;

▲1.6.2.4 KV 级影像引导系统支持 X 光拍片, 透视, 和容积影像 (锥形束 CT) 模式, 四维容积影像模式或 CT 图像引导方式支持同机模拟定位和治疗;

1.6.2.5 KV 级影像引导系统 CBCT 重建长度 $\geq 18\text{cm}$ 或采用 CT 图像引导方式扫描视野 (FOV) $\geq 50\text{cm}$;

1.6.2.6 KV 级影像引导系统平板探测器空间分辨率: $\geq 1024 \times 1024$ 或 CT 图像引导方式图像空间分辨率 $\geq 18 \text{ LP/CM@OMTF}$;

1.6.2.7 配置影像处理工作站 1 台, 能与直线加速器、治疗床互联, 具备 Dicom RT 接口;

1.6.3 CBCT 图像引导要求;

1.6.3.1 图像空间分辨率: $\geq 10\text{LP/cm}$;

1.6.3.2 CBCT 重建图像分辨率: $\geq 1024 \times 1024$;

1.6.3.3 CBCT 重建图像灰度值 $\geq 14\text{bits}$;

1.6.3.4 CBCT 最大重建视野 (FOV): $\geq 45\text{cm}$;

1.7 四维影像引导系统

1.7.1 可在治疗模式下浏览 4D CBCT 图像或 4D CT 和 MV-CBCT;

1.7.2 可对比计划结构 (如 ITV) 观察解剖结构运动;

1.7.3 可评估由于呼吸带来的解剖结构运动;

1.7.4 可实时四维影像引导并在线匹配；

1.8 治疗床

1.8.1 运动控制：治疗床运动由电机进行驱动，可调速运动；

1.8.2 治疗床具有手动控制方式；

1.8.3 最大负载能力： $\geq 200\text{Kg}$ ；

1.8.4 垂直移动范围： $\geq 80\text{cm}$ ；

1.8.5 前后移动范围： $\geq 100\text{cm}$ ；

1.8.6 左右移动范围： $\geq 49\text{cm}$ ；

1.8.7 治疗床的等中心旋转 $\geq \pm 95^\circ$ ；

1.8.8 旋转精度为： $\leq 0.5^\circ$ ；

1.8.9 治疗床面板为碳纤维材料；

1.8.10 治疗床面可在六个自由度进行平移和旋转，可自动摆位；六维床的运动范围和精度：XYZ 平移： $\geq \pm 3\text{cm}$ ，精度： $\leq 0.5\text{mm}$ 或在等中心 $\pm 3\text{cm}$ 内；

1.8.11 3轴旋转： $\geq \pm 3^\circ$ ，精度： $\leq 0.2^\circ$ 或在等中心 $\pm 6^\circ$ 之内的旋转误差： $\leq 0.3^\circ$ ；

1.9 呼吸门控系统

★1.9.1 提供自由式呼吸门控 1 套或口含式呼吸门控系统（主动呼吸门控系统）1 套，治疗时可根据病人呼吸幅度触发治疗射束的启动和终止。呼吸门控须满足加速器端和大孔径 CT 端的临床使用。

1.10 质控系统

▲1.10.1 提供计划检查、患者治疗投照验证、患者锥形束 CT 验证及胶片及剂量学验证、设备等中心验证及自动校准、晨检功能等功能。

1.10.2 提供用于加速器质量保证测试的模体,包括但不限于: MV 级二维图像质量质控模体, KV 级二维图像质量质控模体, KV 级三维图像质量质控模体, KV 级图像系统等中心质控模体, 呼吸运动科研模体, 快速端对端多功能晨检模体。

1.11 容积旋转调强功能

1.11.1 多叶光栅有专业旋转调强放疗的计算功能；

1.11.2 支持 360 度旋转治疗；

1.11.3 容积旋转调强治疗运行要求：单弧，多弧和分段多弧；

1.11.4 容积旋转调强治疗时机架旋转角度、多叶光栅运动、准直器机头旋转运动和实时

剂量率均可按照优化要求自动实时优化；

▲1.11.5 弧方向性选择：能进行共面，非共面弧治疗；

1.11.6 具备全自动非共面超弧（即多个弧）调强治疗照射功能；

1.12 放射治疗计划系统

1.12.1 系统用途

▲1.12.1.1 本系统用于设计制定三维适形、静态调强、动态调强、容积旋转调强以及 SBRT /SRS 放射治疗计划。

1.12.2 系统运行环境要求及参数

1.12.2.1 提供的物理师工作站和医生工作站，要求包含全部的最新的计算机硬件，操作系统，应用软件和外设；

（1）物理师工作站内存 $\geq 32\text{GB}$ ；

（2）医生工作站内存 $\geq 8\text{GB}$ ；

（3）物理师工作站、医生工作站操作系统采用 Windows 64 位操作系统或者更高；

1.12.2.2 系统应完全遵从 DICOM 标准，以实现医学影像共享；

1.12.2.3 系统能与支持 DICOM3.0 的 CT、MR、PET 等影像设备连接，并导出 DICOM 影像；

1.12.3 计划系统软件要求

1.12.3.1 提供对直线加速器线束数据的采集、拟合和输入，验证工作；

1.12.3.2 具有虚拟模拟功能；

1.12.3.3 轮廓勾画须具备如下功能：

（1）具备边缘自动探测和重要器官自动规避的功能；

（2）具备三维智能勾画软件功能；

（3）支持基于 PET SUV 值的轮廓自动勾画；

（4）提供四维勾画功能；

（5）应支持生成 MIP、AIP 和 minIP 图像；

（6）要求计划系统以及放疗医生工作站均可进行 4D 勾画；

（7）提供智能勾画工具，用于自动化分割结构；

1.12.3.4 三维适形计划要求：

（1）自动或手动设置射野形状；

（2）具有灵活的交互设置射野以及处方设置的功能；

(3) 支持三维适形计划的逆向优化；

1.12.3.5 调强计划功能要求：

(1) 具有静态、动态调强计划、容积旋转调强和 SBRT 计划功能；

1.12.3.6 计算方式

(1) 光子线采用蒙特卡洛 (Monte-Carlo) 算法或迭代卷积算法 (Collapsed Cone) ；

(2) 电子线采用 Monte-Carlo 模拟算法；

(3) 支持 Dicom plan 再计算功能，可将其他算法的计划导入到新计划系统中，采用蒙特卡洛算法重新进行精确计算；

1.12.3.7 计划评估

(1) 具有计划评估功能，支持不确定性计算；

▲1.12.3.8 图像融合及在线剂量验证

(1) 具备 CT 模拟功能，能融合 CT、MRI、PET 等多种影像以准确确定靶区及其它组织；

(2) 提供机载计划验证系统，支持并提供多目标优化（可提供第三方产品）；

1.12.3.9 软件升级

★(1) 5年内免费实时提供更新计划系统升级服务；（需提供书面承诺函）

1.13 肿瘤放射治疗管理系统

1.13.1 网络技术规格及要求

1.13.1.1 网络拓扑结构：以太网结构；

1.13.1.2 网络通讯协议：TCP/IP；

1.13.1.3 网络数据传输速度： $\geq 1\text{GB/s}$ ；

1.13.2 硬件技术规格及要求

1.13.2.1 数据库服务器：一台；

(1) 内存： $\geq 64\text{GB}$ ；

(2) 硬盘： $\geq 5 \times 600\text{GB}$ ；

(3) 网络适配器：100M/1000M 自适应以太网网络适配器；

1.13.2.2 网络工作站及授权 ≥ 3 台；

(1) 网络工作站内存： $\geq 8\text{G}$ ，硬盘： $\geq 500\text{G}$ ；

1.13.3 软件要求

1.13.3.1 放疗网络连接：通过放疗网络系统，能实现与直线加速器和放射治疗计划系统

联网；

1.13.3.2 操作系统和数据库正版软件要求：所有运行于服务器和工作站的软件必须是正版软件；

1.13.3.3 放疗数据库应用软件：所有的病人放射治疗数据，包括文字资料、图像数据和治疗计划数据，以及治疗过程中产生的图像和文字数据，均应集中存储在服务器数据库中，方便管理、备份，实现所有联网工作站信息资源共享；

1.13.3.4 用户权限管理：用户权限集中管理；

1.13.3.5 具有治疗参数的“自动记录和验证”功能；

1.13.3.6 提供病人登记注册和病例资料管理功能；

1.13.3.7 支持等中心旋转放疗、非共平面放疗、多叶准直器、不规则照射野、适形放疗、调强放疗等所有外照射放疗的应用；

1.13.3.8 支持实时影像验证（EPID）；

1.13.3.9 要求支持 Cone Beam CT 记录和验证；

1.13.3.10 支持动态调强、静态调强、容积旋转调强技术；

注：技术参数要求条款中没有明确佐证材料要求的，投标人提供以下任一材料进行佐证：

①产品彩页；②产品技术白皮书；③国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告有效复印件（报告需具有检验检测机构公章或专用章，并标注有 CMA 标志）；④提供我国政府相关部门（机构）出具的相关材料原件扫描件（如产品核准证书等）。

★2、配置清单（需提供承诺函）

序号	厦门市妇幼保健院	
	配置清单	数量
2.1	主机	1 套
2.2	多维治疗床	1 套
2.3	静态调强放疗	1 套
2.4	动态调强放疗	1 套
2.5	三维适形放疗	1 套
2.6	旋转容积调强放疗	1 套
2.7	立体定向外科放疗	1 套

2.8	图像引导调强放疗	1套
2.9	在线剂量验证	1套
2.10	呼吸门控	1套
2.11	放射治疗计划系统	1套
2.12	肿瘤放疗信息管理系统	1套
2.13	医生工作站	4套
2.14	物理师工作站	2套
2.15	影像处理工作站	1套
2.16	绿色激光定位系统	1套
2.17	彩色闭路电视监视系统和对讲机	1套
2.18	专用水冷机	1套
2.19	稳压电源	1套
2.20	专业维修工具	1套
2.21	配套第三方质控	
2.21.1	固体水	1套
2.21.2	剂量仪	1套
2.21.3	射线束扫描系统（三维验证）	1套
2.21.4	立体定向放疗计划验证系统	1套
2.21.5	晨检仪	1套
2.21.6	等中心校准仪	1套
2.21.7	温度、空气压力计	2台
2.21.8	防潮箱	1个
2.21.9	除湿机	2台
2.21.10	机房配套精密空调	1台
2.21.11	放疗靶区自动勾画系统	1套
2.21.13	光学体表定位监测系统	1套
2.21.13	SBRT/SRS 全身固定系统(含加压装置)	2套
2.21.14	一体化固定系统	2套
2.21.15	碳纤维乳腺定位架	2套

2.21.16	俯卧位盆腔定位架	2套
2.21.17	聚氨酯头枕	2套
2.21.18	头膜	10片
2.21.19	颈肩膜	10片
2.21.20	头颈肩膜	10片
2.21.21	体膜	10片
2.21.22	真空垫	10片
2.21.23	个人计量报警仪	10台
2.21.24	固定式辐射报警仪	2台
2.21.25	辐射巡检仪	2台

3、技术响应要求

3.1 “2. 采购内容及主要技术要求”中所有技术参数及要求均为基本要求，各投标人可根据整体建设方案、采购需求以及投标人自身情况提出更加优化完善的技术方案。

3.2 “2. 采购内容及主要技术要求”中的产品有尺寸要求且未明确尺寸偏离值的，均要求其尺寸的偏离值不超过3%。

3.3 投标人须提供投标货物的全套配置清单（含数量、品牌及型号）、价格、产地、主要技术参数、性能说明及功能介绍。

3.4 投标人应根据招标文件要求提供所报产品的相关证明材料进行佐证，证明材料必须与所报产品保持一致，并对证明材料的真实性及与所报产品的符合性负责，必要时配合提供相关材料原件核查。证明材料与投标文件文字描述不符时，应明确以哪个为准，并说明理由或提供依据，未说明理由或理由与依据不充分的，评标委员会将作出不利于投标人的评审。

3.5 投标人提供的货物必须为原厂原装，软件必须为正版软件，产品应符合国家有关标准。

3.6 本次招标的产品，投标人须保证提供的所有项目必须是未经拆封、原厂正规合格、品质优良的产品，技术资料齐全、满足招标书的基本要求。

3.7 中标人应提供完整的货物资料如光盘、设备说明书、系统设置与操作步骤等，应包含纸质资料与电子文档。

3.8 投标人应对其投标货物的制造标准、安装标准、技术规范和产品的可维护性、适用性、安全、节能环保、可靠性等方面进行综合描述，必须符合我国现行的有关标准以及国家强制性和行业规定标准要求，技术参数与配置要求不低于本招标项目提供的技术参数与配置要求。招

标文件中技术参数要求的执行标准如遇更新调整，投标人按最新执行标准提供产品的应附上相关标准的说明及资料，相关技术参数符合最新执行标准的，视同满足本次招标文件要求。

3.9 投标人提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；投标人还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，投标人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失，则投标人应赔偿该损失。

3.10 若投标人提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则投标人中标或成交资格将被取消；采购人依法追究其违约责任。

三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

采购包 1:

序号	类型	要求
1	交货时间	自医院发出供货通知后 30 个日历日内交货。
2	交货地点	厦门市各个医院（即分签单位）指定地点。
3	交货条件	所有产品到达厦门市各个医院（即分签单位）指定地点。
4	是否邀请投标人验收	不邀请投标人验收。
5	履约验收方式	<p>1、验收依据：招标文件、投标文件、合同、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。</p> <p>2、货物验收：货物运抵分签采购单位处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。</p> <p>3、采购人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对中标货物的（软、硬件）精度、性能进行检验，其检验结果将作为验收标准的组成部分之一，检验检测费用列入投标总价。</p> <p>4、验收时中标人必须派代表参加。</p> <p>5、验收过程所发生的一切费用由中标人承担。</p>
6	合同支付方式	1、合同签订后 7 个工作日内，分签医院凭中标人提交的 30% 合同总金额收款收据及履约保证金缴交证明，向中标人支付

		<p>30%合同款。</p> <p>2、合同货物最终验收合格并交付使用后，分签医院凭中标人开具的 100%合同总价的发票并以银行转账方式 7 个工作日内向中标人支付 70%合同款。</p>
7	履约保证金	<p>缴纳： 本采购包履约保证金为合同金额的【3】%。</p> <p>说明： 收取时间：合同签订时提交， 履约保证金 退还时间：整机验收合格满三年且无合同纠纷，采购人在收到中标人提供的退还申请书后，一次性无息在 5 个工作日内向中标人退还履约保证金</p> <p>提交方式：中标人与分签医院自行协商提交约保证金的方式，中小企业履约保证金减半收取。不予退还的情形：中标人未按合同约定承担违约责任的，分签医院有权不予退还履约保证金。</p>
8	其他	<p>关于投标保证金（须于投标截止时间前提交以下材料）：</p> <p>（1）投标人为中小企业的，可按招标文件要求的投标保证金数额的 50%提交投标保证金。投标人应另外单独提供一份纸质《中小企业声明函》（需另外单独密封），未提供的视为投标保证金不符合招标要求。</p> <p>（2）投标人通过保函提供投标保证金的，应提供金融机构出具的保函原件（需另外单独密封），未提供的视为投标保证金不符合招标要求。</p>
9	其他	<p>（1）因系统编辑限制，本表中【是否邀请投标人验收】以此为准：医院可以视情况邀请参加本项目的其他投标人或者第三方专业机构及专家参与验收。</p> <p>（2）中标人不按合同约定履约的，分签医院有权解除采购合同，并对中标人已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理。</p>

		同时，中标人还须退回分签医院已支付款项。投标人需对此做出书面承诺。
--	--	-----------------------------------

其他商务要求

1、商务响应要求

1.1 投标人应提供设备使用培训方案，方案至少包含培训方式、培训计划和培训大纲，并且对设备的工作原理、操作步骤、正常维护和说明。

1.2 投标人 2021 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）以来的具有直线加速器项目的经营业绩、经验的，可提供有效证明文件完整包括该业绩的中标（成交）公告[提供相关网站中标（成交）公告的下载网页及其网址]、中标（成交）通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，原件备查。

1.3 该项目实施后，中标人需负责对该设备开展《放射诊疗建设项目放射性职业病危害控制效果评价》，并取得卫生健康主管部门项目竣工验收批复，该项工作所产生的所有费用完全由中标人承担。投标人需对此做出书面承诺。

2、售后服务要求

2.1 投标人应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证。

2.2 投标人可承诺保修期内若出现任何故障问题，在接到采购人通知后 1 小时内响应，12 小时内维修人员到达现场；其中发生一切费用由中标人承担，提供完整书面承诺（格式自拟）。

2.3 投标人应为本项目提供本地化服务，投标人可提供合作单位协议或者自身机构的营业执照证明，也可以提供在本地设立的项目部、办公室、办事处等机构证明，或者承诺中标后 20 个工作日内提供本地化服务保障并提供具体措施。【注：如提供承诺函的投标人若中标，但中标后未按承诺函履行承诺，则视为虚假承诺，采购人将单方取消投标人中标资格，给采购人造成损失的，则还要承担相应的赔偿责任。】

★2.4 保修期：本项目自验收合格之日起至少提供 3 年原厂保修（包含配套第三方设备）。机器到货时间应在出厂日期 180 天以内。保修期间中标人应提供一切维修服务和更换零配件。设备保修期内，中标人需提供来自原厂每年至少 2 次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给分签医院存档。以上保修期内所需的费用均包含在投标总价中，分签医院不再另行付费。对以上要求投标人需提供承诺函，否则投标无效。

★2.5 在保修期内，中标人应确保年开机率在 95%（含）以上，若不能达到此开机率，将作以下处理：

（1）年开机率在 90（含）-95%（不含）之间，延长保修期 1 年；

（2）年开机率在 85（含）-90%（不含）之间，延长保修期 2 年；

（3）年开机率低于 85%（不含），中标人应无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿医院的直接经济损失和间接经济损失。

注：年开机率=（365-停机天数）/365）。

对以上要求投标人需提供承诺函，否则投标无效。

2.6 保修期满前 1 个月内中标人应就所有货物进行一次全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。如出现质量问题，在保修期内对设备进行维修和零配件的更换。

2.7 投标人应为采购人提供全部设备的操作、使用及维护的技术培训服务。

2.8 保修期后技术服务内容：保修期满后，中标人仍应提供终身的售后服务，维修仅收取零配件费用。

2.9 中标人应提供设备相关的配套技术资料，包括操作手册（中文版）及维修保养手册等。

2.10 中标人必须承诺能长期提供良好的技术支持及备品备件的优惠供应，并列出生备件清单及价格表。

2.11 投标人认为有利于采购人的其他优惠条款应单独列明。

3、报价要求

3.1 本项目为整体招标采购项目，投标人必须对招标项目一览表中所有内容进行投标响应，不完整响应或拆分投标的将导致投标无效。

3.2 投标报价以人民币为货币单位，投标人须提供投标货物的全套配置清单（含数量、品牌及型号）、产地，并分别报出货物的单价、小计和投标总报价。

3.3 本项目为交钥匙项目，报价为产品送达采购人指定地点进行安装，经采购人验收合格所发生的一切费用，其包括但不限于以下费用：产品（含主要设备、配件、辅材）供应、运输装卸费、保险费、采购保管费、安装费、调试费、信息系统对接费用、行政规费与税费、产品检验检测、操作人员培训费、管理费、验收费、第三方检测费用、采购代理服务费等所有费用。【本项目如涉及与医院在用信息系统（包括但不限于：HIS 系统、Pacs 系统、电子病历系统、外联平台等，相关接口信息可现场踏勘获悉）与本项目设备接入需求产生的系

统改造、第三方系统对接所需等费用均已包含在本项目总价中，由中标人与相关第三方供应商协商，医院不再为此支付任何费用。】

3.4 本项目各品目均设有最高限价（详见招标文件第五章“医院与各品目控制单价表”），投标人的投标报价超出任意品目最高限价的，均视为无效投标。

★3.5 投标人所投产品相同配置设备报价须一致，投标人须按照招标文件第五章投标文件相关格式附件中“附件1:报价明细表”的格式报出配置清单设备的品牌、型号、单价及小计，各分签单位投标总报价必须等于投标人所报配置单价乘以分签单位配置数量（详见：招标文件第五章“2、配置清单”），否则投标无效。

3.6 投标人对本项目只能有一个报价，招标采购单位不接受有选择的报价。

4、投标文件相关格式附件：

4.1 附件1：报价明细表

序号	配置清单	数量	单位	品牌	型号	单价 (元)	小计(元)
1	主机	1	套				
2	多维治疗床	1	套				
3	静态调强放疗	1	套				
4	动态调强放疗	1	套				
5	三维适形放疗	1	套				
6	旋转容积调强放疗	1	套				
7	立体定向外科放疗	1	套				
8	图像引导调强放疗	1	套				
9	在线剂量验证	1	套				
10	呼吸门控	1	套				
11	放射治疗计划系统	1	套				
12	肿瘤放疗信息管理 系统	1	套				
13	医生工作站	4	套				

14	物理师工作站	2	套				
15	影像处理工作站	1	套				
16	绿色激光定位系统	1	套				
17	彩色闭路电视监视系统和对讲机	1	套				
18	专用水冷机	1	套				
19	稳压电源	1	套				
20	专业维修工具	1	套				
21	配套第三方质控						
21.1	固体水	1	套				
21.2	剂量仪	1	套				
21.3	射线束扫描系统（三维验证）	1	套				
21.4	立体定向放疗计划验证系统	1	套				
21.5	晨检仪	1	套				
21.6	等中心校准仪	1	套				
21.7	温度、空气压力计	2	台				
21.8	防潮箱	1	个				
21.9	除湿机	2	台				
21.10	机房配套精密空调	1	台				

21.11	放疗靶区自动勾画系统	1	套				
21.12	光学体表定位监测系统	1	套				
21.13	SBRT/SRS 全身固定系统(含加压装置)	2	套				
21.14	一体化固定系统	2	套				
21.15	碳纤维乳腺定位架	2	套				
21.16	俯卧位盆腔定位架	2	套				
21.17	聚氨酯头枕	2	套				
21.18	头膜	10	片				
21.19	颈肩膜	10	片				
21.20	头颈肩膜	10	片				
21.21	体膜	10	片				
21.22	真空垫	10	片				
21.23	个人计量报警仪	10	台				
21.24	固定式辐射报警仪	2	台				
21.25	辐射巡检仪	2	台				

4.2 廉洁要求

4.2.1 中标供应商承诺严格按照《廉洁告知书》（详见附件 2）相关内容履行，不向采购人及相关人员直接或间接进行商业贿赂。

4.2.2 中标供应商发现采购人工作人员有任何索贿行动的，应向有关行业主管部门或纪检监察部门反映情况。

4.2.3 中标供应商违反《廉洁告知书》相关内容的，严格按《廉洁告知书》规定承担相关责任。

4.2.4 如中标供应商被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发【2013】50号）相关规定处理。

4.2.5 《廉洁告知书》将作为合同的组成部分。

附件 2：廉洁告知书

廉洁告知书

卖方（中标/成交供应商）_____：

为进一步完善厦门市属公立医疗单位采购监督制约机制，防止发生医疗领域商业贿赂行为，贵司在医疗机构采购活动中要廉洁自律、诚实守信，遵守如下规定：

一、严格遵守国家有关工程建设、招标投标、物资采购、服务采购等相关法律法规、政策以及廉政建设规定。

二、坚持公平、公正、公开和诚实守信的原则，不得为获取不正当利益损害国家、集体、第三人和对方利益。

三、不得有商业贿赂行为，如赠予甲方人员现金、物品、有价证券，或以支付凭证、理财等方式变相支付本应由甲方人员承担的款项。

四、不得以任何理由邀请甲方人员进入营业性娱乐场所或者参加影响业务工作公平公正开展的其他活动。

五、不得到甲方医疗场所、工作人员家中推销产品并提供任何好处费，不得采用不正当手段进行临床促销活动。

六、不得以回扣、宴请等方式影响甲方人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

如违反上述规定，甲方有权选择立即中止、终止或解除与贵司正在进行的任何业务关系，贵司应承担甲方因此产生的经济损失、不良后果及相应的违约责任。

盖 章：厦门市卫生健康委员会

日 期：

厦门市卫生健康委员会发出的《廉洁告知书》我已收到，内容我已知悉并理解，我方承诺将严格按照《廉洁告知书》相关内容履行。

签 字：(投标人授权代表签字)

盖 章：(公章)

日 期：

5、重要提示

关于明确串标情节及后果的预警提示，投标人应明确知晓相应行为及后果：

5.1 政府采购相关政策法规规定的恶意串通、视为串通情形：

《中华人民共和国政府采购法实施条例》

第七十四条有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

《政府采购货物和服务招标投标管理办法》

第三十七条有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5.2 政府采购相关政策法规规定的供应商恶意串通需承担的后果

《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，

并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

5.3 《关于电子化政府采购项目中视为串标情形认定与处理的指导意见》

关于电子化政府采购项目中视为串标情形认定与处理的指导意见

闽财购〔2018〕30号

省直各单位，各设区市财政局、平潭综合实验区财政金融局，各政府采购代理机构：

为进一步规范我省政府采购市场秩序，有效遏制串通投标等违法行为，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律法规和规章，结合我省电子化政府采购项目特点，现对电子化政府采购项目中视为串通的情形及处理提出以下指导意见：

一、电子化招标项目视为串通情形的认定

（一）保证金验核阶段

不同投标人的投标保证金转出账户的银行账户名称相同的，属于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十七条第（六）项“不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出”的情形。

（二）电子响应文件解密阶段

电子响应文件的个性特征与本采购项目的其他响应人存在雷同的，按照以下方式进行认定：

1. 投标人上传电子投标文件被福建省政府采购网上公开信息系统投标客户端所赋予的项目内部识别码与本招标项目的其他投标人相同的，属于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十七条第（一）项“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形。

2. 系统记录的编制电子投标文件使用的计算机或上传电子投标文件使用的计算机网卡MAC地址与本招标项目的其他投标人一致的，属于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十七条第（二）项“不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜”的情形。

3. 投标人上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标人的数字证书加密的或加盖本项目的其他投标人的电子印章的，属于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》236（财政部

令第 87 号)第三十七条第(五)项“不同投标人的投标文件相互混装”的情形。

二、电子化非招标项目视为串通情形的认定

电子化非招标项目(包括竞争性谈判、竞争性磋商、询价)中出现本意见第一点所列情形的,属于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条第(七)项“供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间,为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为”。

三、电子化项目视为串通情形的处理

采购人、采购代理机构应当将上述情形在采购文件中予以明确。在开标过程中,发现投标(响应)人有上述情形的,采购人、采购代理机构应当根据采购文件认定串通行为,认定其投标(响应)无效,没收其保证金,并书面报告本级财政部门;在评审过程中发现投标(响应)人有上述情形的,资格审查小组或评标委员会(谈判小组、磋商小组、询价小组)应当根据采购文件认定串通行为,认定其投标(响应)无效,没收其保证金,并书面报告本级财政部门。各级财政部门收到书面报告的,应当组织开展调查,并依法追究法律责任。

投标人(响应人)未缴纳保证金或未上传电子投标文件(包括投标截止时间前撤回投标文件)或未按采购文件的要求于规定时间内解密采购文件的,不进行串通情形的认定。

本意见自 2019 年 1 月 1 日起执行。

福建省财政厅

2018 年 11 月 12 日

5.4 投标人存在恶意串通、视为串通情形的,采购人、采购代理机构将按规定认定其投标(响应)无效,没收其保证金,并将不予退还的保证金于投标截止时间次月十日(遇法定节假日顺延)前统一上缴国库;并要求相关投标人在 5 个工作日内对恶意串通、视为串通的情形作出解释说明,提供相关证据证明。

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外,若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形,则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他:

2.1 本项目不限定或指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商。

2.2 若本项目需要投标人缴交履约保证金,若投标人为中小企业的,且出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)规定的《中小企业声明函》,则可按采购文

件要求的履约保证金数额的 50%提交履约保证金（缴交方式不限）。采购人将在合同履行完毕且无合同纠纷后 7 个工作日内向供 应商退清履约保证金。 2.3 本项目支持投标人合同融资，具体参见《关于促进中小企业政府采购合同融资健康开展的通知》（闽财购函〔2019〕16 号）和《关于印发〈福建省支持中小企业政府采购合同融资暂行办法〉的通知》（闽财购〔2018〕7 号）等相关政策规定。

2.4 本项目招标文件要求的投标响应材料，若属于可以通过互联网或者相关信息系统查询的信息，投标人可在投标文件中提供相应的互联网或者相关信息系统的查询网址或查询方式后，不再需要提供此类投标响应材料。投标人对所提供的查询网址或查询方式的有效性和真实性负责。

2.5 根据规定可享受价格扣除的投标人，应在客户端系统中的“价格扣除——小型、微型企业，监狱企业，残疾人”模块提交招标文件要求的材料，不符合要求的不予以扣除。投标人应当对出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。投标人应注意：

①投标人若希望获得中小企业扶持政策支持的，应从所有货物制 造商处获得充分、准确的信息，确保本项目所投所有货物均为中小企业制造，投标人若对相关制 造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》，否则可能构成提供虚假材料谋取中标；

②投标人若欲享受中小企业扶持政策，应根据本项目中小企业划分标准所属行业，依据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300 号文进行认定在投标文件中提交《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》中填写的行业应与招标文件规定的一致，不一致或不符合的将承担不利后果。

③根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定“工业”划型标准为：从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

④注意：进口产品不享受中小企业扶持政策。

2.6 投标人现场参与投标的应在投标截止时间前将投标人的 CA 证书（建议在 CA 证书上粘贴投标人单位名称，避免混乱误领）送达招标文件第一章第 10 条载明的地点并签到（“远程

开标”除外)。本招标文件其他章节有关投标文件份数描述的内容与本条款要求不一致的,以本条款要求为准。

2.7 根据《关于印发〈关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见〉的通知》财库〔2021〕20号及相关规定,若本项目涉及农副产品采购,投标人须通过脱贫地区农副产品网络销售平台(简称“832平台”)在全国832个脱贫县范围内采购农副产品,并按照不低于预算金额10%的比例采购,及时支付货款,不得拖欠。若本招标文件其他章节描述的内容与上述条款要求不一致的,以上述条款要求为准。

第六章 政府采购合同（参考文本）

参考文本

合同编号：

福建省政府采购合同（货物类）

编制说明

1. 签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规及其他有关规定。

2. 签订合同时，采购人与中标(成交)人应结合采购文件规定填列相应内容。采购文件已有约定的，双方均不得对约定进行变更或调整；采购文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3. 政府有关主管部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

4. 本合同范本仅供参考，采购人应当根据采购项目的实际需求对合同条款进行修改、补充。

甲方：

住所地：___

联系人：___

联系电话：_

传真：_____

电子邮箱：_

乙方：

住所地：_____

联系人：___

联系电话：_

传真：_____

电子邮箱：_

根据项目编号为_____的_____项目（以下简称：“本项目”）的采购结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方签署本合同，具体内容如下：

一、合同组成部分

1.1 本合同条款及附件；

1.2 采购文件及其附件、补充文件；

1.3 乙方的响应文件及其附件、补充文件；

1.4 其他文件或材料：无。（根据实际情况填写需要增加的内容）。

二、合同标的

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

三、合同价款

3.1 合同总价：人民币（大写）____元（¥____元）；

3.2 合同总价组成：____；

3.3 其他需说明事项：_；

四、合同标的交付

4.1 交付时间：_____；

4.2 交付地点：_____；

4.3 交付条件：_____；

4.4 供货要求：

（1）乙方提供的产品必须是采购文件和响应文件中约定的产品，其技术指标、型号须符合相关要求。供货时，乙方须向甲方提供产品说明书、保修卡、质量保证书等相关资料 and 原配的附件。原装进口产品（设备）交货时须提供中文产品说明书、保修卡、质量保证书、装箱单、商检证明等资料。制造编号与包装箱编号应一致。

（2）乙方提供的全部货物均应采用标准保护措施进行包装，除采购文件中的采购需求另有要求外，乙方所提供的货物包装应当参照财政部办公厅等联合印发的《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）要求，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损运抵现场。由于包装、运输、安装、调试等不善所引起的货物损坏或损失均由乙方承担。

（3）乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标或成交资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行

处理，具体如下：

(4) 其他供货要求：

五、质量标准及要求

5.1 质量标准及要求

(1) 乙方应确保所有产品质量均需符合国家标准、地方标准、行业标准，以及有关技术规范和产品厂家的出厂标准，提供原厂质保书、合格证等有关文件资料，并保证产品是出厂原装合格产品。进口产品须是获得国家商检局颁布安全生产许可证的出厂原装合格产品。

(2) 其他质量要求

5.2 节能环保产品要求

5.3 质量保证范围、质量保证期及售后服务

(1) 质量保证范围：_____

(2) 本合同乙方所供应的货物质量保证期自验收合格之日起{_____月}。

(3) 售后服务应按法律法规和采购文件约定执行，具体如下：

5.4 商品安全责任

商品安全责任应按照法律法规和采购文件的规定执行，具体如下：

六、安装调试、验收及退、换货

6.1 安装调试、验收应按照采购文件、乙方响应文件的规定或约定进行，具体如下：

6.2 本项目是否邀请其他投标人参与验收：

不邀请。 邀请，具体如下：

6.3 本项目是否邀请评审专家参与验收：

不邀请。 邀请，具体如下：

6.4 本项目是否邀请国家认可的质量检测机构参与验收：

不邀请。 邀请，具体如下：

6.5 履约验收：_____

6.6 退、换货：_____

6.7 其他：

七、资金支付方式、条件和时间

八、履约保证金

有，无。具体如下违约：（按照采购文件规定填写）。

8.1 乙方向甲方缴纳人民币 元（大写： ）作为本合同的履约保证金。

8.2 履约保证金缴纳形式：支票/汇票/电汇/保函等非现金形式。

8.3 履约保证金退还：（根据实际情况填写）。

九、合同期限

十、违约责任

10.1 甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收乙方交付的合格产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值____的违约金。

（2）甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日_____向乙方支付违约金。

（3）其他违约情形：_____

10.2 乙方违约责任

（1）乙方逾期履行服务的，乙方应按逾期交付总额每日_____向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方无正当理由逾期超过约定日期_____仍不能交付的，视为“乙方不按合同约定履约”；

（2）乙方所交付的产品不符合合同规定及《采购文件》规定标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换产品但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，视为“乙方不按合同约定履约”；

（3）乙方不按合同约定履约的，甲方可以解除采购合同，并对乙方已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理。同时，乙方还须按向甲方支付违约金：

（4）其他违约情形

十一、不可抗力事件处理

本条款中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并提供相关证明材料。基于上述情况，遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同的，根据实际情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、保密条款

12.1 对于在采购和合同履行过程中所获悉的属于保密的内容，甲、乙双方均负有保密义

务。

12.2 其他

十三、解决争议的方法

13.1 甲、乙双方协商解决。

13.2 若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

提交仲裁委员会仲裁，具体如下：

向人民法院提起诉讼，具体如下：

十四、合同其他条款

十五、其他约定

15.1 合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2 合同生效：合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自 CA 证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

15.4 本合同正本一式__份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执__份；副本__份 15.5 本合同已用于政府采购合同融资，为本项目提供合同融资的金融机构为：_____，甲乙双方应当按照融资合同的约定进行资金使用及款项支付。

中标（成交）供应商应于采购合同签订之日起_____内，向发放政采贷的金融机构提交政府采购中标（成交）通知书和政府采购合同，贷款金额以政府采购合同金额为限。

15.6 其他

十六、合同附件

甲方（采购人）：

乙方（中标或成交人）：

法定（授权）代表人：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

纳税人识别号：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

签订地点：_____

签订日期：____年__月__日

参考文本

合同编号：

福建省政府采购合同（服务类）

编制说明

1. 签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规及其他有关规定。

2. 签订合同时，采购人与中标(成交)人应结合采购文件规定填列相应内容。采购文件已有约定的，双方均不得对约定进行变更或调整；采购文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3. 政府有关主管部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

4. 本合同范本仅供参考，采购人应当根据采购项目的实际需求对合同条款进行修改、补充。

甲方：

住所地：__

联系人：__

联系电话：_

传真：_____

电子邮箱：_

乙方：

住所地：_____

联系人：__

联系电话：__

传真：_____

电子邮箱：_

根据项目编号为_____的_____项目（以下简称：“本项目”）的采购结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方签署本合同，具体内容如下：

一、合同组成部分

1.1 本合同条款及附件；

1.2 采购文件及其附件、补充文件；

1.3 乙方的响应文件及其附件、补充文件；

1.4 其他文件或材料：无。（根据实际情况填写需要增加的内容）。

二、合同标的

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

三、价格形式及合同价款

3.1 价格形式

固定单价合同。完成约定服务事项的含税合同单价为：人民币（大写）元（¥_____元）。

固定总价合同。完成约定服务事项的含税服务费用为：人民币（大写）元（¥_____元）。

其他方式。

3.2 合同价款包含范围

3.3 其他需说明的事项：

四、合同标的及服务范围、地点和时间

4.1 项目名称：_____；

4.2 服务范围：_____；

4.3 服务地点：_____；

4.4 服务完成时间：_____。

五、服务内容、质量标准和要求

5.1 服务工作量的计量方式：_____；

5.2 服务内容：_____。

5.3 技术保障、服务人员组成、所涉及的货物的质量标准：

(1) 服务技术保障：_____；

(2) 服务人员组成：_____；

(3) 服务设备及物资投入及质量标准：_____。

5.4 服务质量标准及要求：

5.4.1 乙方提供的服务或使用的产品、软件等应符合国家知识产权法律、法规的规定；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

5.4.2 若乙方提供的服务或使用的产品、软件等不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为侵权或假冒伪劣品，则乙方中标或成交资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：

5.4.3 其他要求：

六、服务履约验收或考核

甲方按照采购文件、乙方的投标或响应文件和本协议约定的服务内容及质量要求按次组织对乙方所提供服务进行验收，或定期进行服务考核，并根据验收或考核结果支付服务费用。具体如下：

七、甲方的权利与义务

7.1 甲方委派_____为联系人，联系方式_____，负责与乙方联系。如甲方联系人发生变更，甲方应书面告知乙方。

7.2 甲方应为乙方开展服务工作提供必要的工作条件，以及对内对外沟通和配合协助。

7.3 甲方应于_____之前提供服务所需的全部资料，并对所提供材料真实性、完整性、合法性负责。

7.4 甲方应对委托服务事项提出明确、合理的要求，并对乙方开展服务过程中需采购人确认事项及时予以确认。甲方根据乙方服务成果提出的建议、方案所做出的决定而导致的损失，非乙方及其委派人员的过错造成由甲方自行承担。

7.5 甲方应按本合同约定及时足额支付服务费用及相关费用。

7.6 其他

八、乙方的权利与义务

8.1 乙方委派_____为联系人，联系方式 _____，负责与甲方联系。如乙方联系人发生变更，乙方应书面告知甲方

8.2 乙方应国家法律法规和{{乙方的权利与义务-响应要求-福建}}等要求开展{{乙方的权利与义务-开展服务-福建}}服务

8.3 乙方及其所委派服务人员应按标准或协议约定方式出具服务成果，并对其真实性和合法性负法律责任；

8.4 乙方对执行业务过程中知悉的国家秘密或甲方的商业秘密保密。除非国家法律法规及行业规范另有规定,或经甲方同意,乙方不得将其知悉的商业秘密和甲方提供的资料对外泄露。

8.5 乙方对服务业务应当单独建档,保存完整的工作记录,并对服务过程使用和暂存甲方的文件、材料和财物应当妥善保管。

8.6 服务工作结束后,乙方将根据情况对甲方服务相关的管理制度及其他事项等提出改进意见。

8.7 其他

九、资金支付方式、时间和条件

十、履约保证金

无。有,具体如下: (按照采购文件规定填写)。

10.1 乙方向甲方缴纳人民币 / 元作为本合同的履约保证金。

10.2 履约保证金缴纳形式: 支票/汇票/电汇/保函等非现金形式。

10.3 履约保证金合同履行完毕前有效,合同履行完毕后一次性结清退还。

十一、合同期限

十二、保密条款

12.1 对于在采购和合同履行过程中所获悉的属于保密的内容,甲、乙双方均负有保密义务。

12.2 其他

十三、违约责任

13.1 甲方违约责任

(1) 甲方无正当理由拒绝乙方提供合格服务的,甲方应向乙方偿付所拒收合同总价的违约金

(2) 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日向乙方支付违约金。

(3) 其他违约情形

13.2 乙方违约责任

(1) 乙方逾期履行服务的，乙方应按逾期交付总额每日_____向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方无正当理由逾期超过约定日期 仍不能交付的，视为“乙方不按合同约定履约”；

(2) 乙方所履行的服务不符合合同规定及《采购文件》规定标准的，甲方有权拒绝，乙方愿意整改但逾期履行的，按乙方逾期履行处理。乙方拒绝整改的，视为“乙方不按合同约定履约”

(3) 乙方不按合同约定履约的，甲方可以解除采购合同，并对乙方已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理。同时，乙方须按以下约定向甲方支付违约金：

(4) 其他违约情形

十四、不可抗力事件处理

本条款中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并提供相关证明材料。基于上述情况，遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同的，根据实际情况可部分或全部免于承担违约责任。

十五、解决争议的方法

15.1 甲、乙双方协商解决。

15.2 若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

提交仲裁委员会仲裁，具体如下：。

向人民法院提起诉讼，具体如下：。

十六、合同其他条款

十七、其他约定

17.1 合同文件与本合同具有同等法律效力。

17.2 合同生效：合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自 CA 证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

17.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.4 本合同正本一式_____份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执份；副本_____份。

17.5 本合同已用于政府采购合同融资，为本项目提供合同融资的金融机构为：_____，甲乙双方应当按照融资合同的约定进行资金使用及款项支付。

中标（成交）供应商应于采购合同签订之日起_____内，向发放政采贷的金融机构提交政府采购中标（成交）通知书和政府采购合同，贷款金额以政府采购合同金额为限。

17.6 其他

十八、合同附件

甲方（采购人）：

乙方（中标或成交人）：

法定（授权）代表人：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

纳税人识别号：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

签订地点：_____

签订日期：____年__月__日

第七章 电子投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1 涉及投标人的“全称”：

(1) 不接受联合体投标的，指**投标人的全称**。

(2) 接受联合体投标且投标人为联合体的，指**牵头方的全称并加注（联合体牵头方）**，即应表述为：“**牵头方的全称（联合体牵头方）**”。

1.2 涉及投标人“加盖单位公章”：

(1) 不接受联合体投标的，指**加盖投标人的单位公章**。

(2) 接受联合体投标且投标人为联合体的，指**加盖联合体牵头方的单位公章**。

1.3 涉及“**投标人代表签字**”：

(1) 不接受联合体投标的，指由**投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字**，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

(2) 接受联合体投标且投标人为联合体的，指由**联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字**，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

1.4 “**其他组织**”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5 “**自然人**”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“**投标人的资格及资信证明文件**”：

2.1 投标人应按照招标文件第四章第 1.3 条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2 接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第 2.1 条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对电子投标文件的索引应编制页码。

4、本章提供格式仅供参考，投标人应根据自身实际情况制作投标文件。

封面格式(资格及资信证明部分)

福建省政府采购投标文件
(资格及资信证明部分)

(填写正本或副本)

项目名称: (由投标人填写)

备案编号: (由投标人填写)

项目编号: (由投标人填写)

所投采购包: (由投标人填写)

投标人: (填写“全称”)

(由投标人填写)年(由投标人填写)月

索引

- 一、投标函
- 二、投标人的资格及资信证明文件
- 三、投标保证金

※注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则**资格审查不合格**。（联合体协议及分包意向协议中的比例规定，不适用本条款）

一、投标函

致：_____（采购人或采购代理机构）

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（项目编号：_____）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交投标文件。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

- ① 投标函
- ② 投标人的资格及资信证明文件
- ③ 投标保证金

（2）报价部分

- ① 开标一览表
- ② 投标分项报价表
- ③ 招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
- ④ 招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

- ① 标的说明一览表
- ② 技术和服务要求响应表
- ③ 商务条件响应表
- ④ 投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1 所投采购包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2 我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1 我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则**投标无效**。

2.2 我方提交的电子投标文件各组成部分的全部内容及其资料是不可分割且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3 我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4 投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5 投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6 若中标，将按照招标文件、我方电子投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7 若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8 我方承诺电子投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。

2.9 除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：_____

邮编：_____

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期： 年 月 日

二、投标人的资格及资信证明文件

二-1 单位授权书（若有）

致：_____（采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：_____）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委托。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：_____身份证号：_____手机：_____

投标人代表：_____身份证号：_____手机：_____

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：_____

接受授权方

供应商代表签字_____

签署日期：_____年_____月_____日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

※注意：

- 1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指**法定代表人**，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。
- 2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指**法定代表人**，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指**代表单位行使职权的主要负责人**，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。

二-2 营业执照等证明文件

致：_____（采购人或采购代理机构）_____

投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）_____

日期：_____年_____月_____日

二-3 财务状况报告（财务报告、或资信证明）

致：_____（采购人或采购代理机构）

投标人提供财务报告的

企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

社会团体、民办非企适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

投标人提供资信证明的

非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1 成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的招标文件规定的年度财务报告。

2.2 成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：_____年_____月_____日

二-4 依法缴纳税收证明材料

致：_____（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳税收的投标人

法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1 投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2 投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3 投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：_____年_____月_____日

二-5 依法缴纳社会保障资金证明材料

致：_____（采购人或采购代理机构）_____

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日我方缴纳的社会保障凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保障缴纳清单，或社会保障的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

非法人（包括其他组织、自然人）的

自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日我方缴纳的社会保障凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保障缴纳清单，或社会保障的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保障凭据复印件应符合下列规定：

2.1 投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障凭据复印件。

2.2 投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保障凭据复印件。

2.3 投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书（格式自拟），该承诺书视同社会保障凭据。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：_____年_____月_____日

二-6 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：_____（采购人或采购代理机构）

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

- 1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。
- 2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。
- 3、请投标人根据实际情况如实声明，否则**视为提供虚假材料**。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：_____年_____月_____日

二-7 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：_____（采购人或采购代理机构）

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

请投标人根据实际情况如实声明，否则**视为提供虚假材料**。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：_____年_____月_____日

二-8 信用记录查询提示

1、由资格审查小组通过网站查询并打印投标人的信用记录。

2、经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他严重违法记录且相关信用惩戒期限未届满的，其资格审查不合格。

3、投标人应了解投标人自身的信用记录情况。当投标人受到 200 万以上罚款的行政处罚且该罚款不属于较大数额罚款时，投标人应在投标文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律法规制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。

二-9 中小企业声明函

(以资格条件落实中小企业扶持政策时适用, 若有)

中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明, 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定, 本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动, 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元¹, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业, 不属于大企业的分支机构, 不存在控股股东为大企业的情形, 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

※注意:

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据, 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列, 多品目项目中须按上表要求逐条填列, 否则, 其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函, 由此造成的后果由投标人自行承担(涉及资格的按无效投标处理; 涉及价格评审优惠的, 不予认定)。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责, 投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的, 属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中, 项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的, 应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分, 或者不能确定相关信息真实、准确的, 不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

附：

残疾人福利性单位声明函

(以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有)

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标※）

由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

- 1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。
- 2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：_____年_____月_____日

附：

监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二-10 联合体协议（若有）

致：_____（采购人或采购代理机构）

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”）_____项目（项目编号：_____）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）：_____（填写“工作及义务的具体内容”）；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）：_____（填写“工作及义务的具体内容”）；

……。

二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：

1. 牵头方（____全称____）的合同金额占合同总额的__%；

2. 成员方：

2.1（__成员1的全称__）的合同金额占合同总额的__%；

……。

三、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：注册账号、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

四、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方： （全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

成员一： （全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

.....

成员**： （全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

签署日期： _____年____月____日

※注意：

- 1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。
- 2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。
- 3、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

二-11 分包意向协议（若有）

甲方（总包方）：_____（即本项目的投标人）

乙方（分包方）：_____

兹有甲方参加（填写“项目名称”）_____项目（项目编号：_____）的政府采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：

一、分包标的

（根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述）。

二、分包合同金额占比

分包合同价占投标总价的比例：_____%

三、其他条款

分包合同标的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标（成交）后，根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。

甲方：	乙方：
住所：	住所：
单位负责人或委托代理人：	单位负责人或委托代理人：
联系方式：	联系方式：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
签订地点：_____	
签订日期：_____年____月____日	

※注意：

1. 招标文件接受合同分包且投标人拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。
2. 本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。
3. 在以合同分包形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

二-12 其他资格证明文件（若有）

二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：_____（采购人或采购代理机构）_____

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

- 1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。
- 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）_____

日期：_____年_____月_____日

二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三、投标保证金

编制说明

- 1、在此项下提交的“**投标保证金**”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。
- 2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

封面格式

福建省政府采购投标文件
(报价部分)

(填写正本或副本)

项目名称: (由投标人填写)

备案编号: (由投标人填写)

项目编号: (由投标人填写)

所投采购包: (由投标人填写)

投标人: (填写“全称”)

(由投标人填写)年(由投标人填写)月

索引

- 一、开标一览表
- 二、投标分项报价表
- 三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
- 四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

一、开标一览表

项目编号：_____

货币及单位：人民币元

采购包	投标报价	投标保证金	备注
*	投标总价（大写金额）：_____。		a. 投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 b. 招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。
...	投标总价（大写金额）：_____。		

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1 投标人应按照本表格式填写所投的采购包的“投标报价”。

1.2 本表中列示的“采购包”应与《投标分项报价表》中列示的“采购包”保持一致，即：若本表中列示的“采购包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“采购包”亦应为“1”，以此类推。

1.3 “大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：_____年_____月_____日

二、投标分项报价表

项目编号：_____

货币及单位：人民币元

采购包	品目号	投标标的	规格	来源地	单价 (现场)	数量	总价 (现场)	备注
*	*-1							
...								

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1 投标人应按照本表格式填写所投采购包的分项报价，其中：“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“采购包”还应与《开标一览表》中列示的“采购包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“采购包”为“1”时，本表中列示的“采购包”亦应为“1”，以此类推。

1.2 “投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3 “投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4 同一采购包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应采购包列示的“投标总价”保持一致。

1.5 若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

投标人：（全称并加盖单位公章）_____

日期：_____年_____月_____日

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

三-1 优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

项目编号：_____

货币及单位：人民币元

本采购包内属于节能、环境标志产品的情况						
采购包	品目号	货物名称	单价 (现场)	数量	总价 (现场)	认证种类
*	*-1					
	...					
备注	a. 采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额：_____； b. 采购包投标总价（报价总金额）：_____； c. “采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“采购包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）：_____。					

※注意：

- 1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。
- 2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。
- 3、具体统计、计算：
 - 3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。
 - 3.2 计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。
 - 3.3 投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。
 - 3.4 若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：_____年_____月_____日

三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

三-2 小型、微型企业产品价格扣除证明材料（若有）

三-2-①中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
- 2、投标人须按招标文件第四章中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。
- 3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件第四章中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

三-2-②小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

- 1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。
- 2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。
- 3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

- 1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（ ）中打“√”。
- 2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：_____年_____月_____日

附：

监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

三-3 招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

四-1 优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）

四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）

项目编号：_____

货币及单位：人民币元

本采购包内属于节能、环境标志产品的情况						
采购包	品目号	货物名称	单价 (现场)	数量	总价 (现场)	认证种类
*	*-1					
	...					
备注	a. 采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： 额：_____； b. 采购包投标总价（报价总金额）：_____； c. “采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“采购包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）：_____。					

※注意：

- 1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。
- 2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。
- 3、具体统计、计算：
 - 3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。
 - 3.2 计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。
 - 3.3 投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。
 - 3.4 若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）_____

日期：_____年_____月_____日

四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）

四-2 招标文件规定的其他加分证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“**优先类节能产品、环境标志产品加分**”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

封面格式(技术商务部分)

福建省政府采购投标文件
(技术商务部分)

(填写正本或副本)

项目名称: (由投标人填写)

备案编号: (由投标人填写)

项目编号: (由投标人填写)

所投采购包: (由投标人填写)

投标人: (填写“全称”)

(由投标人填写)年(由投标人填写)月

索引

- 一、标的说明一览表
- 二、技术和服务要求响应表
- 三、商务条件响应表
- 四、投标人提交的其他资料（若有）

※注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则**符合性审查不合格**。

一、标的说明一览表

项目编号：_____

采购包	品目号	投标标的	数量	规格（品牌/型号）	来源地	备注
*	*-1					
	...					
...						

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1 “采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2 “投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3 “投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

3、电子投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

投标人：（全称并加盖单位公章）_____

日期：_____年_____月_____日

二、技术和服务要求响应表

项目编号：_____

采购包	品目号	技术和服务要求	投标响应	是否偏离及说明
*	*-1			
	...			
...				

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1 “技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2 “投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对招标文件“技术和服务要求”项下涉及“ \geq 或 $>$ ”、“ \leq 或 $<$ ”及某个区间值范围内的内容，投标响应应填写具体的数值，但技术指标只能以范围作响应的除外。

1.3 “是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）_____

日期：_____年_____月_____日

三、商务条件响应表

项目编号：_____

采购包	品目号	商务条件	投标响应	是否偏离及说明
*	*-1			
	...			
...				

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1 “商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2 “投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“ \geq 或 $>$ ”、“ \leq 或 $<$ ”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3 “是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：_____年_____月_____日

四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。